

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT1/18 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 07.05.2018

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|----|--------|------------------|------------------|----|-----------------|------------------|----|----|------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} |

Sada vzorků 2

| (590) Anti-TSH receptor | [U/L] | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|------|----|---|-----|---------------|-------|-------|------|------|---|---|-----|
| Vzorky a skupiny | | | | | 9 | | | | | | | 9 | 6 | 67% |
| Vzorek A2 | | 5,52 | 0,86 | 16 | 9 | CVP | 5,09 | 0,15 | 33% | 3,41 | 6,77 | 9 | 8 | 89% |
| (5) LIA, ILMA | | 5,52 | 0,86 | 16 | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | 1x0, 1x1, 1x4 | | | | | | | |
| Vzorek B2 | | 0,650 | 0,52 | 80 | 9 | CVP | 0,413 | 0,058 | asym. | 0 | 0,9 | 9 | 6 | 67% |
| (5) LIA, ILMA | | 0,740 | 0,65 | 88 | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | 1x0, 1x1, 1x4 | | | | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 15.05.2018