

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	>>> 173	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 173		----- Úspěšnost: 100 %		
B1	Všechny výsledky	4	Negativní	2,3 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,58 %
		>>> 168	Pozitivní	97 %
----- Celkem za vzorek: n = 173		----- Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	>>> 177	Negativní	98 %
		3	Pozitivní	1,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 180		----- Úspěšnost: 98 %		
B1	Všechny výsledky	1	Negativní	0,56 %
		>>> 179	Pozitivní	99 %
----- Celkem za vzorek: n = 180		----- Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	>>> 91	Negativní	98 %
		2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 93		----- Úspěšnost: 98 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 93	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 93		----- Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				