

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1

(575) Anti-tyreoglobulin

A1	(1) Abbott	>>>	49	Negativní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	23	Negativní	13 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Negativní	0,58 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Negativní	2,3 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	19	Negativní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(60) Roche	>>>	54	Negativní	31 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	0,58 %
	(164) DiaSorin	>>>	2	Negativní	1,2 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	15	Negativní	8,7 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	0,58 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	0,58 %
Celkem za vzorek: n = 173		Úspěšnost: 100 %			

B1	(1) Abbott	>>>	49	Pozitivní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	23	Pozitivní	13 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,58 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Pozitivní	2,3 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	19	Pozitivní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	3	Pozitivní	1,7 %
	(60) Roche		3	Negativní	1,7 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,58 %
		>>>	50	Pozitivní	29 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	0,58 %
	(164) DiaSorin	>>>	2	Pozitivní	1,2 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	15	Pozitivní	8,7 %
	(998) vlastní výroba		1	Negativní	0,58 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,58 %
Celkem za vzorek: n = 173		Úspěšnost: 97 %			

Celková úspěšnost: 97 %

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(1) Abbott	>>>	51	Negativní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	26	Negativní	14 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Negativní	0,56 %
	(25) TOSOH	>>>	5	Negativní	2,8 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	20	Negativní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	52	Negativní	29 %
			3	Pozitivní	1,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	0,56 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	0,56 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	16	Negativní	8,9 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	0,56 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	0,56 %
Celkem za vzorek: n = 180		Úspěšnost: 98 %			

B1	(1) Abbott	>>>	51	Pozitivní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	26	Pozitivní	14 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,56 %
	(25) TOSOH	>>>	5	Pozitivní	2,8 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	20	Pozitivní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche		1	Negativní	0,56 %
		>>>	54	Pozitivní	30 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	0,56 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Pozitivní	0,56 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	16	Pozitivní	8,9 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Pozitivní	0,56 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,56 %
Celkem za vzorek: n = 180		Úspěšnost: 99 %			

Celková úspěšnost: 98 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 2

(590) Anti-TSH receptor

A2	(24) B.R.A.H.M.S.	>>>	6 Negativní	6,5 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,1 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	9 Negativní	9,7 %
	(36) Immunotech	>>>	2 Negativní	2,2 %
	(60) Roche	>>>	71 Negativní	76 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,1 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	1 Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 93		Úspěšnost: 98 %		
B2	(24) B.R.A.H.M.S.	>>>	7 Pozitivní	7,5 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	9 Pozitivní	9,7 %
	(36) Immunotech	>>>	2 Pozitivní	2,2 %
	(60) Roche	>>>	72 Pozitivní	77 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	1 Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 93		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 01.11.2018