

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

± ... označuje nehodnocený výsledek

N ... počet výsledků

Nrel ... relativní počet výsledků

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
B1	Všechny výsledky	2	Negativní	11 %
		>>> 17	Pozitivní	89 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 95 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	90 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	10 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 90 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 10	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 90 %				