

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT2/18 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 22.10.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV} = \text{rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)}$	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]													
Vzorky a skupiny					10							10	9	90%
Vzorek A2		0,329	0,16	47	10	CVP	0,307	0,015	asym.	0	0,9	10	9	90%
(60) Roche		0,300	0,000	0,00	7	0						7		
Ostatní					3	0						3		
							2x 24, 1x 29							
Vzorek B2		4,43	1,0	23	10	CVP	4,34	0,13	33%	2,9	5,78	10	9	90%
(60) Roche		4,04	0,54	13	7	0						7		
Ostatní					3	0						3		
							2x 24, 1x 29							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 01.11.2018