

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: BIL2/18 - Bilirubin novorozenecký

Stop termín: 24.08.2018

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | Návaznost | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------|-----|--------|------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|----|----|------------------|------------------|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} | | | | | | | |
| (215) Bilirubin celkový | [μmol/L] | | | | 142 | | | | | | | 0 | | | | 142 | 142 | 100% | | | |
| ----- Vzorky a skupiny ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A | | 145 | 7,8 | 5,4 | 142 | | | | | | | 0 | CRV | 144 | 3,3 | 20% | 115 | 173 | 142 | 142 | 100% |
| (1) Abbott | | 147 | 4,7 | 3,2 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| (12) Beckman Coulter | | 141 | 3,1 | 2,2 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| (58) Beckman Coulter (Olympus) | | 143 | 4,0 | 2,8 | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| (60) Roche | | 140 | 4,8 | 3,5 | 42 | 0 | | | | | | | | | | | | | 42 | | |
| (149) Siemens (Dade) | | 151 | 3,7 | 2,5 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| (179) Siemens (Bayer) | | 157 | 6,6 | 4,2 | 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| Ostatní | | | | | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1x 9, 1x 40, 1x 61, 1x 71, 2x 166, 2x 177, 1x 999 | | | | | | | |
| Vzorek B | | 325 | 21 | 6,6 | 142 | | | | | | | 0 | CRV | 317 | 6,7 | 20% | 253 | 381 | 142 | 142 | 100% |
| (1) Abbott | | 330 | 12 | 3,7 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| (12) Beckman Coulter | | 321 | 11 | 3,5 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| (58) Beckman Coulter (Olympus) | | 313 | 11 | 3,6 | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
| (60) Roche | | 311 | 9,7 | 3,1 | 42 | 0 | | | | | | | | | | | | | 42 | | |
| (149) Siemens (Dade) | | 341 | 9,8 | 2,9 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| (179) Siemens (Bayer) | | 355 | 15 | 4,2 | 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| Ostatní | | | | | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1x 9, 1x 40, 1x 61, 1x 71, 2x 166, 2x 177, 1x 999 | | | | | | | |

st_kn_np

Konec sestavy

Vytlačeno: 30.08.2018