

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: BIL2/18 - Bilirubin novorozenecký

Stop termín: 24.08.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV E = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(215) Bilirubin celkový	[μmol/L]				142																142	142	100%
----- Vzorky a skupiny -----																							
Vzorek A		145	7,8	5,4	142									CRV	144	3,3	20%	115	173	142	142	100%	
(1) Abbott		146	4,5	3,1	13	0															13		
(12) Beckman Coulter		141	3,1	2,2	5	0															5		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		143	4,0	2,8	30	0															30		
(60) Roche		140	4,8	3,5	42	0															42		
(149) Siemens (Dade)		151	3,7	2,5	15	0															15		
(179) Siemens (Bayer)		158	6,1	3,9	18	0															18		
Ostatní					19	0															19		
															1x 40, 3x 46, 3x 49, 1x 61, 1x 70, 1x 77, 3x 158, 1x 166, 2x 178, 3x 998								
Vzorek B		325	21	6,6	142									CRV	317	6,7	20%	253	381	142	142	100%	
(1) Abbott		332	12	3,5	13	0															13		
(12) Beckman Coulter		321	11	3,5	5	0															5		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		313	11	3,6	30	0															30		
(60) Roche		311	9,7	3,1	42	0															42		
(149) Siemens (Dade)		341	9,8	2,9	15	0															15		
(179) Siemens (Bayer)		359	13	3,7	18	0															18		
Ostatní					19	0															19		
															1x 40, 3x 46, 3x 49, 1x 61, 1x 70, 1x 77, 3x 158, 1x 166, 2x 178, 3x 998								

st_kn_np

Konec sestavy

Vytlačeno: 30.08.2018