

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					70						70	64	91%	
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		0,730	0,07	9,6	70	CVP	0,73	0,021	18%	0,598	0,862	70	65	93%
Všechny výsledky		0,730	0,07	9,6	70	0						70		
Vzorek B		2,03	0,15	7,6	70	CVP	2,03	0,045	18%	1,66	2,4	70	69	99%
Všechny výsledky		2,03	0,15	7,6	70	0						70		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 18.04.2018