

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CC1/18 - Cystatin C

Stop termín: 13.04.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					70							70	64	91%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		0,730	0,07	9,6	70	CVP	0,73	0,021	18%	0,598	0,862	70	65	93%
(1) Abbott		0,805	0,037	4,6	9	0						9		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		0,695	0,083	12	16	0						16		
(60) Roche		0,710	0,042	5,9	20	0						20		
(149) Siemens (Dade)		0,711	0,059	8,2	7	0						7		
(179) Siemens (Bayer)		0,734	0,081	11	11	0						11		
Ostatní					7	0						7		
							3x 12, 1x 25, 2x 91, 1x 178							
Vzorek B		2,03	0,15	7,6	70	CVP	2,03	0,045	18%	1,66	2,4	70	69	99%
(1) Abbott		2,18	0,082	3,7	9	0						9		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		2,03	0,22	11	16	0						16		
(60) Roche		2,00	0,074	3,7	20	0						20		
(149) Siemens (Dade)		1,91	0,089	4,7	7	0						7		
(179) Siemens (Bayer)		1,97	0,18	9,2	11	0						11		
Ostatní					7	0						7		
							3x 12, 1x 25, 2x 91, 1x 178							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 18.04.2018