

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CC1/18 - Cystatin C

Stop termín: 13.04.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					70							70	64	91%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		0,730	0,07	9,6	70	CVP	0,73	0,021	18%	0,598	0,862	70	65	93%
(1) Abbott		0,810	0,03	3,7	7	0						7		
(28) Dako		0,715	0,007	1,0	6	0						6		
(60) Roche		0,710	0,044	6,2	19	0						19		
(149) Siemens (Dade)		0,711	0,059	8,2	7	0						7		
(179) Siemens (Bayer)		0,746	0,07	9,4	10	0						10		
(999) jiný výrobce		0,685	0,052	7,6	8	0						8		
Ostatní					13	0						13		
							2x 12, 1x 25, 3x 46, 3x 58, 2x 75, 2x 91							
Vzorek B		2,03	0,15	7,6	70	CVP	2,03	0,045	18%	1,66	2,4	70	69	99%
(1) Abbott		2,18	0,082	3,7	7	0						7		
(28) Dako		2,05	0,15	7,2	6	0						6		
(60) Roche		2,00	0,078	3,9	19	0						19		
(149) Siemens (Dade)		1,91	0,089	4,7	7	0						7		
(179) Siemens (Bayer)		1,99	0,16	7,9	10	0						10		
(999) jiný výrobce		2,08	0,16	7,5	8	0						8		
Ostatní					13	0						13		
							2x 12, 1x 25, 3x 46, 3x 58, 2x 75, 2x 91							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 18.04.2018