

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty ($k = 2$)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					11							11	9	82%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		0,738	0,10	14	11	CVP	0,73	0,021	18%	0,598	0,862	11	9	82%
Všechny výsledky		0,738	0,10	14	11	0						11		
Vzorek B		2,00	0,21	11	11	CVP	2,03	0,045	18%	1,66	2,4	11	11	100%
Všechny výsledky		2,00	0,21	11	11	0						11		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 18.04.2018