

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CC2/18 - Cystatin C

Stop termín: 12.10.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(106) Cystatin C</b>					70							70	67	96%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		1,15	0,079	6,9	70	CVP	1,15	0,023	18%	0,943	1,36	70	67	96%
(1) Abbott		1,27	0,11	8,8	10	0						10		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		1,14	0,069	6,0	16	0						16		
(60) Roche		1,13	0,056	5,0	20	0						20		
(149) Siemens (Dade)		1,08	0,052	4,8	8	0						8		
(179) Siemens (Bayer)		1,15	0,10	8,7	10	0						10		
Ostatní					6	0						6		
							2x 12, 1x 25, 2x 91, 1x 178							
<b>Vzorek B</b>		2,22	0,14	6,1	70	CVP	2,22	0,040	18%	1,82	2,62	70	69	99%
(1) Abbott		2,42	0,21	8,7	10	0						10		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		2,21	0,14	6,5	16	0						16		
(60) Roche		2,15	0,099	4,6	20	0						20		
(149) Siemens (Dade)		2,22	0,096	4,4	8	0						8		
(179) Siemens (Bayer)		2,23	0,17	7,7	10	0						10		
Ostatní					6	0						6		
							2x 12, 1x 25, 2x 91, 1x 178							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.10.2018