

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CC2/18 - Cystatin C

Stop termín: 12.10.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					70							70	67	96%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		1,15	0,079	6,9	70	CVP	1,15	0,023	18%	0,943	1,36	70	67	96%
(1) Abbott		1,29	0,13	9,8	8	0						8		
(28) Dako		1,17	0,022	1,9	6	0						6		
(60) Roche		1,13	0,054	4,8	19	0						19		
(149) Siemens (Dade)		1,08	0,052	4,8	8	0						8		
(179) Siemens (Bayer)		1,16	0,074	6,4	9	0						9		
(999) jiný výrobce		1,14	0,059	5,2	8	0						8		
Ostatní					12	0						12		
							1x 12, 1x 25, 3x 46, 3x 58, 2x 75, 2x 91							
Vzorek B		2,22	0,14	6,1	70	CVP	2,22	0,040	18%	1,82	2,62	70	69	99%
(1) Abbott		2,47	0,22	9,0	8	0						8		
(28) Dako		2,17	0,074	3,4	6	0						6		
(60) Roche		2,14	0,098	4,6	19	0						19		
(149) Siemens (Dade)		2,22	0,096	4,4	8	0						8		
(179) Siemens (Bayer)		2,23	0,18	8,0	9	0						9		
(999) jiný výrobce		2,27	0,11	4,9	8	0						8		
Ostatní					12	0						12		
							1x 12, 1x 25, 3x 46, 3x 58, 2x 75, 2x 91							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 23.10.2018