

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CC2/18 - Cystatin C

Stop termín: 12.10.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					12							12	12	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		1,10	0,09	8,2	12	CVP	1,15	0,023	18%	0,943	1,36	12	12	100%
Ostatní					12	0						12		
							2x 46,2x 75,2x 91,2x 149,2x 179,2x 999							
Vzorek B		2,17	0,13	5,9	12	CVP	2,22	0,040	18%	1,82	2,62	12	12	100%
Ostatní					12	0						12		
							2x 46,2x 75,2x 91,2x 149,2x 179,2x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 23.10.2018