

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRP2/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 01.06.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(100) C-reaktivní protein</b>					134							134	132	99%	
Vzorky a skupiny	[mg/L]														
<b>Vzorek A</b>		36,0	2,2	6,0	134		CVP	36	0,46	24%	27,3	44,7	134	133	99%
(2) Imunoturbidimetrie		36,0	2,2	6,0	128	0							128		
Ostatní					6	0							6		
							3x 3, 1x 4, 2x 99								
<b>Vzorek B</b>		8,20	0,70	8,5	134		CVP	8,2	0,15	24%	6,23	10,2	134	133	99%
(2) Imunoturbidimetrie		8,19	0,70	8,5	128	0							128		
Ostatní					6	0							6		
							3x 3, 1x 4, 2x 99								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2018