

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP2/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 01.06.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					22							22	22	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		36,2	1,7	4,6	22	CVP	36	0,46	24%	27,3	44,7	22	22	100%
(2) Imunoturbidimetrie		36,3	1,7	4,8	21	0						21		
Ostatní					1	0						1		
						1x3								
Vzorek B		8,44	0,40	4,8	22	CVP	8,2	0,15	24%	6,23	10,2	22	22	100%
(2) Imunoturbidimetrie		8,44	0,42	5,0	21	0						21		
Ostatní					1	0						1		
						1x3								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2018