

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRP3/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 31.08.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(100) C-reaktivní protein</b>					267							267	260	97%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		7,97	0,86	11	267	CVP	7,97	0,13	24%	6,05	9,89	267	260	97%
(2) Imunoturbidimetrie		7,95	0,89	11	240	0						240		
(3) Imunonefelometrie		8,11	0,55	6,7	27	0						27		
<b>Vzorek B</b>		35,6	2,5	7,1	267	CVP	35,6	0,38	24%	27	44,2	267	265	99%
(2) Imunoturbidimetrie		35,8	2,5	7,1	240	0						240		
(3) Imunonefelometrie		34,5	1,8	5,3	27	0						27		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 06.09.2018