

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 31.08.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					45							45	45	100%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		7,99	0,82	10	45	CVP	7,97	0,13	24%	6,05	9,89	45	45	100%
(2) Imunoturbidimetrie		7,97	0,88	11	40	0						40		
(3) Imunonefelometrie		8,10	0,15	1,8	5	0						5		
Vzorek B		36,0	2,1	5,7	45	CVP	35,6	0,38	24%	27	44,2	45	45	100%
(2) Imunoturbidimetrie		36,1	2,2	6,2	40	0						40		
(3) Imunonefelometrie		35,3	0,74	2,1	5	0						5		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 06.09.2018