

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 31.08.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				267							267	260	97%	
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		7,97	0,86	11	267	CVP	7,97	0,13	24%	6,05	9,89	267	260	97%	
(1) Abbott		8,15	0,30	3,7	33	0						33			
(12) Beckman Coulter		8,48	0,65	7,7	13	0						13			
(46) Erba Lachema		7,95	0,074	0,93	5	0						5			
(49) BioVendor		6,50	2,2	34	8	0						8			
(58) Beckman Coulter (Olympus)		8,46	0,31	3,6	61	0						61			
(60) Roche		7,31	0,69	9,4	83	0						83			
(149) Siemens (Dade)		8,09	0,71	8,8	22	0						22			
(177) MINDRAY		8,20	0,00	0,00	5	0						5			
(178) DiaSys		6,90	0,30	4,3	5	0						5			
(179) Siemens (Bayer)		8,95	0,32	3,6	17	0						17			
Ostatní					15	0						15			
							1x 5, 1x 36, 3x 70, 1x 91, 1x 116, 1x 121, 3x 152, 2x 158, 2x 166								
Vzorek B		35,6	2,5	7,1	267	CVP	35,6	0,38	24%	27	44,2	267	265	99%	
(1) Abbott		37,5	0,99	2,6	33	0						33			
(12) Beckman Coulter		35,5	1,9	5,4	13	0						13			
(46) Erba Lachema		34,7	1,5	4,3	5	0						5			
(49) BioVendor		36,7	3,4	9,3	8	0						8			
(58) Beckman Coulter (Olympus)		36,5	1,1	2,9	61	0						61			
(60) Roche		33,9	2,3	6,7	83	0						83			
(149) Siemens (Dade)		35,0	2,1	6,1	22	0						22			
(177) MINDRAY		34,2	0,74	2,2	5	0						5			
(178) DiaSys		38,5	1,6	4,0	5	0						5			
(179) Siemens (Bayer)		38,6	1,3	3,4	17	0						17			
Ostatní					15	0						15			
							1x 5, 1x 36, 3x 70, 1x 91, 1x 116, 1x 121, 3x 152, 2x 158, 2x 166								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 06.09.2018