

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRP4/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 07.12.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(100) C-reaktivní protein</b>					28							28	27	96%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		54,6	3,6	6,7	28	CVP	54,3	0,84	24%	41,2	67,4	28	27	96%
(2) Imunoturbidimetrie		54,9	3,3	6,1	27	0						27		
Ostatní					1	0						1		
						1x3								
<b>Vzorek B</b>		8,44	0,58	6,9	28	CVP	8,27	0,16	24%	6,28	10,3	28	27	96%
(2) Imunoturbidimetrie		8,40	0,54	6,5	27	0						27		
Ostatní					1	0						1		
						1x3								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.12.2018