

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/18 - Stanovení CRP

Stop termín: 07.12.2018

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------|--------|------------------|------------------|-----|----------|------------------|-----|------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U_{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} | |
| (100) C-reaktivní protein | [mg/L] | | | | 148 | | | | | | | 148 | 142 | 96% | |
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A | | 54,3 | 4,2 | 7,7 | 148 | | CVP | 54,3 | 0,84 | 24% | 41,2 | 67,4 | 148 | 145 | 98% |
| (1) Abbott | | 53,5 | 2,5 | 4,7 | 23 | 0 | | | | | | | 23 | | |
| (12) Beckman Coulter | | 56,5 | 3,7 | 6,6 | 5 | 0 | | | | | | | 5 | | |
| (58) Beckman Coulter (Olympus) | | 58,0 | 2,4 | 4,1 | 37 | 0 | | | | | | | 37 | | |
| (60) Roche | | 51,6 | 3,8 | 7,4 | 47 | 0 | | | | | | | 47 | | |
| (166) Thermo Fisher | | 56,0 | 1,6 | 2,8 | 5 | 0 | | | | | | | 5 | | |
| (179) Siemens (Bayer) | | 55,4 | 2,3 | 4,2 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| Ostatní | | | | | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek B | | 8,27 | 0,77 | 9,3 | 148 | | CVP | 8,27 | 0,16 | 24% | 6,28 | 10,3 | 148 | 143 | 97% |
| (1) Abbott | | 8,27 | 0,29 | 3,5 | 23 | 0 | | | | | | | 23 | | |
| (12) Beckman Coulter | | 8,55 | 0,22 | 2,6 | 5 | 0 | | | | | | | 5 | | |
| (58) Beckman Coulter (Olympus) | | 8,66 | 0,39 | 4,5 | 37 | 0 | | | | | | | 37 | | |
| (60) Roche | | 7,79 | 0,74 | 9,5 | 47 | 0 | | | | | | | 47 | | |
| (166) Thermo Fisher | | 8,45 | 0,37 | 4,4 | 5 | 0 | | | | | | | 5 | | |
| (179) Siemens (Bayer) | | 8,19 | 1,1 | 14 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| Ostatní | | | | | 15 | 1 | | | | | | | 15 | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1x 4, 1x 40, 1x 50, 1x 57, 1x 61, 1x 91, 3x 149, 2x 177, 1x 200, 3x 999 | | | | | | | | | | | | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.12.2018