

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP1/18 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 25.01.2018

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------|-----|--------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} |
| (104) C-reaktivní protein | | | | | 94 | | | | | | | 94 | 75 | 80% |
| Vzorky a skupiny | [mg/L] | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A | | 17,2 | 3,1 | 18 | 94 | CVP | 17,2 | 0,78 | 24% | 13 | 21,4 | 94 | 76 | 81% |
| (130) Orion QuikRead 101 | | 16,6 | 3,2 | 19 | 34 | 0 | | | | | | 34 | | |
| (131) Axis-Shield NycoCard | | 14,6 | 2,1 | 14 | 9 | 0 | | | | | | 9 | | |
| (133) BodiTech i-CHROMA | | 20,8 | 2,5 | 12 | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| (134) Orion QuikRead go | | 17,7 | 2,0 | 11 | 39 | 0 | | | | | | 39 | | |
| Ostatní | | | | | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | | 3x 0, 1x 132, 2x 999 | | | | | | | |
| Vzorek B | | 54,7 | 6,6 | 12 | 94 | CVP | 54,7 | 1,7 | 24% | 41,5 | 67,9 | 94 | 82 | 87% |
| (130) Orion QuikRead 101 | | 56,1 | 8,5 | 15 | 34 | 0 | | | | | | 34 | | |
| (131) Axis-Shield NycoCard | | 51,0 | 4,4 | 8,7 | 9 | 0 | | | | | | 9 | | |
| (133) BodiTech i-CHROMA | | 59,4 | 4,4 | 7,4 | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| (134) Orion QuikRead go | | 54,6 | 4,2 | 7,7 | 39 | 0 | | | | | | 39 | | |
| Ostatní | | | | | 6 | 0 | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | | 3x 0, 1x 132, 2x 999 | | | | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 02.02.2018