

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRPP4/18 - Stanovení CRP systémy POCT

Stop termín: 27.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV} = \text{rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)}$	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(104) C-reaktivní protein	[mg/L]				184							184	166	90%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		7,18	2,1	29	184	CVP	7,18	0,38	60%	2,87	11,5	184	179	97%
(130) Orion QuikRead 101		5,56	1,2	22	79	1						79		
(131) Axis-Shield NycoCard		7,74	1,4	17	18	0						18		
(133) BodiTech i-CHROMA		8,60	1,2	14	8	0						8		
(134) Orion QuikRead go		8,43	1,4	16	68	0						68		
Ostatní					11	0						11		
							2x 132, 4x 136, 2x 137, 3x 999							
Vzorek B		35,2	3,1	8,9	184	CVP	35,2	0,57	24%	26,7	43,7	184	167	91%
(130) Orion QuikRead 101		34,0	3,0	8,7	79	1						79		
(131) Axis-Shield NycoCard		35,2	4,7	13	18	0						18		
(133) BodiTech i-CHROMA		34,2	6,1	18	8	0						8		
(134) Orion QuikRead go		36,2	2,6	7,1	68	0						68		
Ostatní					11	0						11		
							2x 132, 4x 136, 2x 137, 3x 999							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 04.10.2018