

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

**(410) Intratek. synt. IgG**

K	Všechny výsledky	2	Syntéza není přítomna	5,7 %
		>>> 33	Syntéza je přítomna	94 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

**(411) Intratek. synt. IgA**

K	Všechny výsledky	± 13	Syntéza není přítomna	65 %
		± 7	Syntéza je přítomna	35 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(412) Intratek. synt. IgM**

K	Všechny výsledky	± 6	Syntéza není přítomna	27 %
		± 16	Syntéza je přítomna	73 %
Celkem za vzorek: n = 22		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(413) Permeabilita bariéry**

K	Všechny výsledky	>>> 45	Permeabilita BCB je zvýšená	100 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				