

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(130) Leukocyty</b>					194						194	194	100%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		6,15	0,21	3,4	194	CVP	6,15	0,036	15%	5,22	7,08	194	194	100%
Všechny výsledky		6,15	0,21	3,4	194	0						194		
<b>Vzorek B</b>		3,34	0,11	3,2	194	CVP	3,34	0,019	18%	2,73	3,95	194	194	100%
Všechny výsledky		3,34	0,11	3,2	194	0						194		
<b>(160) Neutrofily</b>					195						195	190	97%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		3,99	0,16	4,0	195	CVP	3,99	0,028	25%	2,99	4,99	195	190	97%
Všechny výsledky		3,99	0,16	4,0	195	3						195		
<b>Vzorek B</b>		1,93	0,084	4,3	195	CVP	1,93	0,015	25%	1,44	2,42	195	191	98%
Všechny výsledky		1,93	0,084	4,3	195	3						195		
<b>(161) Lymfocyty</b>					195						195	189	97%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		1,34	0,093	7,0	195	CVP	1,34	0,017	25%	1	1,68	195	189	97%
Všechny výsledky		1,34	0,093	7,0	195	3						195		
<b>Vzorek B</b>		1,07	0,055	5,1	195	CVP	1,07	0,097	25%	0,802	1,34	195	189	97%
Všechny výsledky		1,07	0,055	5,1	195	4						195		
<b>(162) Monocyty</b>					195						195	183	94%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		0,655	0,072	11	195	CVP	0,655	0,013	50%	0,327	0,983	195	186	95%
Všechny výsledky		0,655	0,072	11	195	1						195		
<b>Vzorek B</b>		0,286	0,034	12	195	CVP	0,286	0,059	50%	0,143	0,429	195	184	94%
Všechny výsledky		0,286	0,034	12	195	0						195		
<b>(163) Eozinofily</b>					195						195	188	96%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		0,113	0,017	15	195	CVP	0,113	0,029	asym.	0	0,185	195	188	96%
Všechny výsledky		0,113	0,017	15	195	0						195		
<b>Vzorek B</b>		0,026	0,01	39	195	CVP	0,026	0,017	asym.	0	0,101	195	190	97%
Všechny výsledky		0,026	0,01	39	195	0						195		
<b>(164) Bazofily</b>					195						195	188	96%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
<b>Vzorek A</b>		0,048	0,023	47	195	CVP	0,048	0,040	asym.	0	0,185	195	189	97%
Všechny výsledky		0,048	0,023	47	195	0						195		
<b>Vzorek B</b>		0,021	0,014	65	195	CVP	0,021	0,024	asym.	0	0,101	195	190	97%
Všechny výsledky		0,021	0,014	65	195	0						195		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 22.03.2018