

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{Tot}	N _{Out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(130) Leukocyty					26							26	26	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		6,09	0,24	3,9	26	CVP	6,15	0,036	15%	5,22	7,08	26	26	100%
Všechny výsledky		6,09	0,24	3,9	26	0						26		
Vzorek B		3,30	0,12	3,6	26	CVP	3,34	0,019	18%	2,73	3,95	26	26	100%
Všechny výsledky		3,30	0,12	3,6	26	0						26		
(160) Neutrofilly					26							26	23	88%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		3,97	0,24	6,0	26	CVP	3,99	0,028	25%	2,99	4,99	26	23	88%
Všechny výsledky		3,97	0,24	6,0	26	2						26		
Vzorek B		1,93	0,11	5,8	26	CVP	1,93	0,015	25%	1,44	2,42	26	23	88%
Všechny výsledky		1,93	0,11	5,8	26	2						26		
(161) Lymfocyty					26							26	22	85%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		1,34	0,13	9,4	26	CVP	1,34	0,017	25%	1	1,68	26	22	85%
Všechny výsledky		1,34	0,13	9,4	26	2						26		
Vzorek B		1,06	0,069	6,5	26	CVP	1,07	0,097	25%	0,802	1,34	26	22	85%
Všechny výsledky		1,06	0,069	6,5	26	3						26		
(162) Monocyty					26							26	23	88%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,650	0,12	19	26	CVP	0,655	0,013	50%	0,327	0,983	26	24	92%
Všechny výsledky		0,650	0,12	19	26	1						26		
Vzorek B		0,291	0,042	14	26	CVP	0,286	0,059	50%	0,143	0,429	26	23	88%
Všechny výsledky		0,291	0,042	14	26	0						26		
(163) Eozinofily					26							26	19	73%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,140	0,064	45	26	CVP	0,113	0,029	asym.	0	0,185	26	19	73%
Všechny výsledky		0,140	0,064	45	26	0						26		
Vzorek B		0,037	0,023	63	26	CVP	0,026	0,017	asym.	0	0,101	26	21	81%
Všechny výsledky		0,037	0,023	63	26	0						26		
(164) Bazofily					26							26	24	92%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,032	0,018	57	26	CVP	0,048	0,040	asym.	0	0,185	26	24	92%
Všechny výsledky		0,032	0,018	57	26	0						26		
Vzorek B		0,014	0,008	62	26	CVP	0,021	0,024	asym.	0	0,101	26	24	92%
Všechny výsledky		0,014	0,008	62	26	0						26		