

RoM = robustní průměr	AV = vztážná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztážné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(130) Leukocyty						18						18	18	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		5,50	0,20	3,7	18	CVP	5,48	0,034	15%	4,65	6,31	18	18	100%
Všechny výsledky		5,50	0,20	3,7	18	0						18	18	100%
Vzorek B		4,67	0,95	20	18	CVP	5,1	0,062	asym.	3,4	5,87	18	18	100%
Všechny výsledky		4,67	0,95	20	18	0						18	18	100%
(160) Neutrofilly						18						18	18	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		2,93	0,16	5,6	18	CVP	2,91	0,025	25%	2,18	3,64	18	18	100%
Všechny výsledky		2,93	0,16	5,6	18	0						18	18	100%
Vzorek B		2,57	0,43	17	18	CVP	2,73	0,034	asym.	2	3,42	18	18	100%
Všechny výsledky		2,57	0,43	17	18	0						18	18	100%
(161) Lymfocyty						18						18	18	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		1,78	0,15	8,2	18	CVP	1,74	0,021	25%	1,3	2,18	18	18	100%
Všechny výsledky		1,78	0,15	8,2	18	0						18	18	100%
Vzorek B		1,61	0,43	27	18	CVP	1,79	0,031	asym.	0,95	2,24	18	18	100%
Všechny výsledky		1,61	0,43	27	18	0						18	18	100%
(162) Monocyty						18						18	18	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,492	0,10	21	18	CVP	0,51	0,012	50%	0,255	0,765	18	18	100%
Všechny výsledky		0,492	0,10	21	18	0						18	18	100%
Vzorek B		0,333	0,10	31	18	CVP	0,379	0,013	50%	0,189	0,569	18	18	100%
Všechny výsledky		0,333	0,10	31	18	0						18	18	100%
(163) Eozinofily						18						18	18	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,258	0,038	15	18	CVP	0,257	,0051	50%	0,128	0,386	18	18	100%
Všechny výsledky		0,258	0,038	15	18	0						18	18	100%
Vzorek B		0,141	0,029	20	18	CVP	0,144	,0041	50%	0,072	0,216	18	18	100%
Všechny výsledky		0,141	0,029	20	18	0						18	18	100%
(164) Bazofily						18						18	18	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,040	0,027	68	18	CVP	0,058	,0045	asym.	0	0,164	18	18	100%
Všechny výsledky		0,040	0,027	68	18	0						18	18	100%
Vzorek B		0,016	0,014	90	18	CVP	0,024	,0025	asym.	0	0,153	18	18	100%
Všechny výsledky		0,016	0,014	90	18	0						18	18	100%