

Cyklus EHK: DA4/18 - Diferenciál na automatech

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(130) Leukocyty					197						197	196	99%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		3,54	0,13	3,7	197	CVP	3,54	0,023	18%	2,9	4,18	197	196	99%
Všechny výsledky		3,54	0,13	3,7	197	0						197		
Vzorek B		5,99	0,22	3,6	197	CVP	5,99	0,038	15%	5,09	6,89	197	197	100%
Všechny výsledky		5,99	0,22	3,6	197	0						197		
(160) Neutrofilly					198						198	197	99%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		1,69	0,088	5,2	198	CVP	1,69	0,015	25%	1,26	2,12	198	198	100%
Všechny výsledky		1,69	0,088	5,2	198	0						198		
Vzorek B		3,94	0,21	5,2	198	CVP	3,94	0,036	25%	2,95	4,93	198	197	99%
Všechny výsledky		3,94	0,21	5,2	198	0						198		
(161) Lymfocyty					198						198	192	97%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		1,14	0,083	7,3	198	CVP	1,14	0,014	25%	0,855	1,43	198	195	98%
Všechny výsledky		1,14	0,083	7,3	198	0						198		
Vzorek B		1,49	0,11	7,3	198	CVP	1,49	0,019	25%	1,11	1,87	198	194	98%
Všechny výsledky		1,49	0,11	7,3	198	0						198		
(162) Monocyty					198						198	191	96%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,411	0,07	17	198	CVP	0,411	0,012	50%	0,205	0,617	198	196	99%
Všechny výsledky		0,411	0,07	17	198	0						198		
Vzorek B		0,353	0,059	17	198	CVP	0,353	0,010	50%	0,176	0,53	198	192	97%
Všechny výsledky		0,353	0,059	17	198	0						198		
(163) Eozinofily					198						198	182	92%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,253	0,03	12	198	CVP	0,253	,0052	50%	0,126	0,38	198	194	98%
Všechny výsledky		0,253	0,03	12	198	0						198		
Vzorek B		0,133	0,026	20	198	CVP	0,133	,0046	asym.	0	0,2	198	186	94%
Všechny výsledky		0,133	0,026	20	198	0						198		
(164) Bazofily					198						198	196	99%	
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/L]													
Vzorek A		0,038	0,015	39	198	CVP	0,038	,0026	asym.	0	0,107	198	197	99%
Všechny výsledky		0,038	0,015	39	198	0						198		
Vzorek B		0,052	0,021	41	198	CVP	0,052	,0037	asym.	0	0,18	198	197	99%
Všechny výsledky		0,052	0,021	41	198	0						198		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 01.11.2018