

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	100 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	6	2,81 - 11 mmol/L	1,9 %
		> 135	11,1 - 28 mmol/L	43 %
		>>> 173	> 28 mmol/L	55 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, <= 0,5 mmol/L	100 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 104	1+, 2+	33 %
		>>> 210	3+, 4+	67 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	>>> 313	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,32 %
		3	0,3 - 0,5 g/L	0,96 %
		> 41	0,51 - 2,5 g/L	13 %
		>>> 268	> 2,5 g/L	86 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, < 17 µmol/L	100 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 53	1+, 2+	17 %
		>>> 261	3+, 4+	83 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky	>>> 308	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 308		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	1	Neuvedeno	0,32 %
		> 10	1+, 2+	3,2 %
		>>> 284	3+, 4+	92 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 10	Negativní	3,2 %
		± 3	1+, 2+	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 308		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	>>> 265	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	3	Negativní	1,1 %
		9	10 - 50 leu/µL	3,4 %
		> 74	51 - 250 leu/µL	28 %
		>>> 179	> 250 leu/µL	68 %
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(272) Krev

A	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 311	Negativní	99 %
		2	5 - 12 ery/µL	0,64 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	2	5 - 12 ery/µL	0,64 %
		> 41	13 - 50 ery/µL	13 %
		>>> 271	> 50 ery/µL	86 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	>>> 269	5,0	86 %
		> 36	5,5	11 %
		> 8	6,0	2,5 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A	Všechny výsledky	1	6,5	0,32 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 1	6,0	0,32 %
		> 41	6,5	13 %
		>>> 141	7,0	45 %
		> 109	7,5	35 %
		> 22	8,0	7,0 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	>>> 268	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 268	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 268	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 268	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	5,6 %
		>>> 17	Pozitivní	94 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 27.02.2018