

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(1) Vizually	>>> 44	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 270	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	86 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 40	> 28 mmol/L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	6	2,81 - 11 mmol/L	1,9 %
		> 131	11,1 - 28 mmol/L	42 %
		>>> 133	> 28 mmol/L	42 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(263) Ketony

A	(1) Vizually	>>> 44	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 270	Negativní, <= 0,5 mmol/L	86 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 24	1+, 2+	7,6 %
		>>> 20	3+, 4+	6,4 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 80	1+, 2+	25 %
		>>> 190	3+, 4+	61 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	(1) Vizually	>>> 43	Negativní, < 0,3 g/L	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 270	Negativní, < 0,3 g/L	86 %
	Celkem za vzorek: n = 313	Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,6 %
		>>> 35	> 2,5 g/L	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,32 %
		3	0,3 - 0,5 g/L	0,96 %
		> 33	0,51 - 2,5 g/L	11 %
		>>> 233	> 2,5 g/L	74 %
	Celkem za vzorek: n = 313	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	>>> 44	Negativní, < 17 μmol/L	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 270	Negativní, < 17 μmol/L	86 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 36	3+, 4+	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 45	1+, 2+	14 %
		>>> 225	3+, 4+	72 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(268) Bilirubin

A	(1) Vizually	>>> 38	Negativní	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 270	Negativní	88 %
	Celkem za vzorek: n = 308	Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 37	3+, 4+	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,32 %
		> 9	1+, 2+	2,9 %
		>>> 247	3+, 4+	80 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader); (223)	± 10	Negativní	3,2 %
	Iris iChem Velocity	± 3	1+, 2+	0,97 %
	Celkem za vzorek: n = 308	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %				

(270) Leukocyty

A	(1) Vizually	>>> 10	Negativní	3,8 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 255	Negativní	96 %
	Celkem za vzorek: n = 265	Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
B	(1) Vizually	>>> 8	> 250 leu/μL	3,0 %	
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		Negativní	1,1 %	
			8	10 - 50 leu/μL	3,0 %
			> 73	51 - 250 leu/μL	28 %
			>>> 171	> 250 leu/μL	65 %
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 95 %			
Celková úspěšnost: 95 %					

(272) Krev		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(1) Vizually	>>> 43	Negativní	14 %	
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
			1	Neuvedeno	0,32 %
			>>> 268	Negativní	85 %
			1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %			
B	(1) Vizually	> 5	13 - 50 ery/μL	1,6 %	
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 39	> 50 ery/μL	12 %	
			2	5 - 12 ery/μL	0,64 %
			> 36	13 - 50 ery/μL	11 %
			>>> 232	> 50 ery/μL	74 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(273) pH		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(1) Vizually	>>> 40	5,0	13 %
		> 4	5,5	1,3 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 229	5,0	73 %
		> 32	5,5	10 %
		> 8	6,0	2,5 %
			1	6,5
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 37	7,0	12 %
		> 7	7,5	2,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 1	6,0	0,32 %
		> 41	6,5	13 %
		>>> 104	7,0	33 %
		> 102	7,5	32 %
	> 22	8,0	7,0 %	
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(274) Nitrity		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(1) Vizually	>>> 11	Negativní	4,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 257	Negativní	96 %
		Celkem za vzorek: n = 268		Úspěšnost: 100 %
B	(1) Vizually	>>> 11	Pozitivní	4,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 257	Pozitivní	96 %
		Celkem za vzorek: n = 268		Úspěšnost: 100 %
Celková úspěšnost: 100 %				

(275) hCG		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(1) Vizually	>>> 16	Negativní	89 %	
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 2	Negativní	11 %	
		Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %	
B	(1) Vizually	>>> 16	Pozitivní	89 %	
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		1	Neuvedeno	5,6 %
			>>> 1	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 94 %			
Celková úspěšnost: 94 %					