

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 52	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	17 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(60) Roche	>>> 41	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	13 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,5 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,9 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(18) Cormay	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 14	11,1 - 28 mmol/L	4,5 %
		>>> 38	> 28 mmol/L	12 %
	(49) BioVendor	>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(60) Roche	>>> 41	> 28 mmol/L	13 %
	(63) Sysmex	> 9	11,1 - 28 mmol/L	2,9 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 51	11,1 - 28 mmol/L	16 %
		>>> 26	> 28 mmol/L	8,3 %
	(161) YD Diagnostics	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(179) Siemens (Bayer)	3	2,81 - 11 mmol/L	0,96 %
		> 21	11,1 - 28 mmol/L	6,7 %
		>>> 9	> 28 mmol/L	2,9 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 8	> 28 mmol/L	2,5 %
	(202) Dirui	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 30	11,1 - 28 mmol/L	9,6 %
		>>> 18	> 28 mmol/L	5,7 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 19	> 28 mmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				

(263) Ketony

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 52	Negativní, <= 0,5 mmol/L	17 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(60) Roche	>>> 41	Negativní, <= 0,5 mmol/L	13 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,5 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	Negativní, <= 0,5 mmol/L	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 35	1+, 2+	11 %
		>>> 17	3+, 4+	5,4 %
	(49) BioVendor	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(60) Roche	>>> 41	3+, 4+	13 %
	(63) Sysmex	> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	3+, 4+	25 %
	(161) YD Diagnostics	> 6	1+, 2+	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 14	1+, 2+	4,5 %
		>>> 19	3+, 4+	6,1 %
	(197) Analyticon	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(202) Dirui	> 18	1+, 2+	5,7 %
		>>> 31	3+, 4+	9,9 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 18	1+, 2+	5,7 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(999) jiný výrobce	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(264) Celková bílkovina

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(60) Roche	>>> 41	Negativní, < 0,3 g/L	13 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/L	3,5 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	Negativní, < 0,3 g/L	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní, < 0,3 g/L	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	2,9 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	Negativní, < 0,3 g/L	6,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(18) Cormay	1	Neuvedeno	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 12	0,51 - 2,5 g/L	3,8 %
		>>> 39	> 2,5 g/L	12 %
	(49) BioVendor	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(60) Roche	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 39	> 2,5 g/L	12 %
	(63) Sysmex	>>> 11	> 2,5 g/L	3,5 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 76	> 2,5 g/L	24 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 30	> 2,5 g/L	9,6 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(202) Dirui	> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,6 %
		>>> 41	> 2,5 g/L	13 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		> 10	0,51 - 2,5 g/L	3,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 8	> 2,5 g/L	2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 52	Negativní, < 17 µmol/L	17 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(60) Roche	>>> 41	Negativní, < 17 µmol/L	13 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní, < 17 µmol/L	3,5 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	Negativní, < 17 µmol/L	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	Negativní, < 17 µmol/L	6,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 3	1+, 2+	0,96 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(18) Cormay	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 17	1+, 2+	5,4 %
		>>> 35	3+, 4+	11 %
	(49) BioVendor	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(60) Roche	>>> 41	3+, 4+	13 %
	(63) Sysmex	> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	1+, 2+	0,64 %
		>>> 76	3+, 4+	24 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 32	3+, 4+	10 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(202) Dirui	> 18	1+, 2+	5,7 %
		>>> 31	3+, 4+	9,9 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	3+, 4+	6,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(268) Bilirubin

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 45	Negativní	15 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(60) Roche	>>> 42	Negativní	14 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní	3,6 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	Negativní	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	Negativní	6,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 308		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,65 %
	(12) Beckman Coulter; (223) Iris iChem Velocity	± 4	Negativní	1,3 %
	(18) Cormay	1	Neuvedeno	0,32 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	(46) Erba Lachema	>	2	1+, 2+	0,65 %
		>>>	43	3+, 4+	14 %
	(49) BioVendor	>>>	2	3+, 4+	0,65 %
	(60) Roche	>>>	42	3+, 4+	14 %
	(63) Sysmex	>>>	11	3+, 4+	3,6 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	77	3+, 4+	25 %
	(161) YD Diagnostics	>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	5	3+, 4+	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>	2	1+, 2+	0,65 %
		>>>	31	3+, 4+	10 %
	(197) Analyticon	>>>	2	3+, 4+	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics; (223) Iris iChem Velocity	±	6	Negativní	1,9 %
		±	3	1+, 2+	0,97 %
	(202) Dirui	>	3	1+, 2+	0,97 %
		>>>	46	3+, 4+	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	19	3+, 4+	6,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	3+, 4+	0,97 %
----- Celkem za vzorek: n = 308 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 % -----					
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %					

(270) Leukocyty

A	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,75 %
	(6) APR	>>>	1	Negativní	0,38 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	4	Negativní	1,5 %
	(18) Cormay	>>>	1	Negativní	0,38 %
	(46) Erba Lachema	>>>	11	Negativní	4,2 %
	(49) BioVendor	>>>	2	Negativní	0,75 %
	(60) Roche	>>>	41	Negativní	15 %
	(63) Sysmex	>>>	11	Negativní	4,2 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,38 %
	(150) Arkray	>>>	76	Negativní	29 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3	Negativní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	32	Negativní	12 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,75 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	8	Negativní	3,0 %
	(202) Dirui	>>>	47	Negativní	18 %
(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	20	Negativní	7,5 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,1 %	
----- Celkem za vzorek: n = 265 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
B	(5) Dialab	>>>	2	> 250 leu/μL	0,75 %
		>>>	1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(12) Beckman Coulter		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		>	2	51 - 250 leu/μL	0,75 %
	(18) Cormay	>>>	1	> 250 leu/μL	0,38 %
		>	1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
	(46) Erba Lachema		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		>>>	10	> 250 leu/μL	3,8 %
	(49) BioVendor	>>>	2	> 250 leu/μL	0,75 %
		(60) Roche		1	10 - 50 leu/μL
	>		12	51 - 250 leu/μL	4,5 %
	(63) Sysmex	>>>	28	> 250 leu/μL	11 %
			3	Negativní	1,1 %
	>	6	51 - 250 leu/μL	2,3 %	
	>>>	2	> 250 leu/μL	0,75 %	
	(125) DOT Diagnostics	>	1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
	(150) Arkray		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		>	8	51 - 250 leu/μL	3,0 %
	>>>	67	> 250 leu/μL	25 %	
	(161) YD Diagnostics	>	2	51 - 250 leu/μL	0,75 %
>>>		1	> 250 leu/μL	0,38 %	
(179) Siemens (Bayer)	>	17	51 - 250 leu/μL	6,4 %	
	>>>	15	> 250 leu/μL	5,7 %	
(197) Analyticon		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %	
>	1	51 - 250 leu/μL	0,38 %		
(201) Iris Diagnostics	>	5	51 - 250 leu/μL	1,9 %	
	>>>	3	> 250 leu/μL	1,1 %	
(202) Dirui	>	14	51 - 250 leu/μL	5,3 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(202) Dirui	>>> 33	> 250 leu/μL	12 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	4	10 - 50 leu/μL	1,5 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 12	> 250 leu/μL	4,5 %
	(999) jiný výrobce	> 1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
		>>> 2	> 250 leu/μL	0,75 %
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(272) Krev

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní	16 %
		1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(60) Roche	1	Neuvedeno	0,32 %
		>>> 40	Negativní	13 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní	3,5 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 78	Negativní	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní	2,9 %
	(202) Dirui	>>> 48	Negativní	15 %
		1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	Negativní	6,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
B	(5) Dialab	>>> 2	> 50 ery/μL	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	> 50 ery/μL	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 2	13 - 50 ery/μL	0,64 %
		>>> 50	> 50 ery/μL	16 %
	(49) BioVendor	>>> 2	> 50 ery/μL	0,64 %
	(60) Roche	> 5	13 - 50 ery/μL	1,6 %
		>>> 36	> 50 ery/μL	11 %
	(63) Sysmex	> 4	13 - 50 ery/μL	1,3 %
		>>> 7	> 50 ery/μL	2,2 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(150) Arkray	1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
		> 18	13 - 50 ery/μL	5,7 %
		>>> 59	> 50 ery/μL	19 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	> 50 ery/μL	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
		> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 31	> 50 ery/μL	9,9 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 50 ery/μL	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	13 - 50 ery/μL	0,64 %
		>>> 7	> 50 ery/μL	2,2 %
	(202) Dirui	> 7	13 - 50 ery/μL	2,2 %
		>>> 42	> 50 ery/μL	13 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 2	13 - 50 ery/μL	0,64 %
		>>> 18	> 50 ery/μL	5,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	> 50 ery/μL	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	(5) Dialab	> 2	6,0	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 2	5,0	0,64 %
		> 2	5,5	0,64 %
	(18) Cormay	>>> 1	5,0	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>>> 48	5,0	15 %
		> 4	5,5	1,3 %
	(49) BioVendor	>>> 2	5,0	0,64 %
	(60) Roche	>>> 39	5,0	12 %
		> 1	5,5	0,32 %
		1	6,5	0,32 %
	(63) Sysmex	>>> 11	5,0	3,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 5,0	0,32 %	
	(150) Arkray	>>>	72 5,0	23 %	
		>	4 5,5	1,3 %	
		>	2 6,0	0,64 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	6 5,0	1,9 %	
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	15 5,0	4,8 %	
		>	18 5,5	5,7 %	
	(197) Analyticon	>>>	2 5,0	0,64 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	7 5,0	2,2 %	
		>	2 5,5	0,64 %	
	(202) Dirui	>>>	45 5,0	14 %	
		>	3 5,5	0,96 %	
		>	1 6,0	0,32 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	16 5,0	5,1 %	
		>	2 5,5	0,64 %	
		>	2 6,0	0,64 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	2 5,0	0,64 %	
		>	1 6,0	0,32 %	
	Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
	B	(5) Dialab	>	2 7,5	0,64 %
(12) Beckman Coulter		>	2 6,5	0,64 %	
		>>>	2 7,0	0,64 %	
(18) Cormay		>	1 6,5	0,32 %	
(46) Erba Lachema		>>>	46 7,0	15 %	
		>	4 7,5	1,3 %	
		>	2 8,0	0,64 %	
(49) BioVendor		>	2 6,5	0,64 %	
(60) Roche		>>>	24 7,0	7,6 %	
		>	4 7,5	1,3 %	
		>	13 8,0	4,1 %	
(63) Sysmex		>	8 7,5	2,5 %	
		>	3 8,0	0,96 %	
(125) DOT Diagnostics		>	1 6,5	0,32 %	
(150) Arkray		>>>	2 7,0	0,64 %	
		>	72 7,5	23 %	
		>	4 8,0	1,3 %	
(161) YD Diagnostics		>	1 6,5	0,32 %	
		>>>	5 7,0	1,6 %	
(179) Siemens (Bayer)		>	1 6,5	0,32 %	
		>>>	18 7,0	5,7 %	
		>	14 7,5	4,5 %	
(197) Analyticon		>	1 6,5	0,32 %	
		>>>	1 7,0	0,32 %	
(201) Iris Diagnostics		>	8 6,5	2,5 %	
		>	1 7,5	0,32 %	
(202) Dirui		>	9 6,5	2,9 %	
	>>>	37 7,0	12 %		
	>	3 7,5	0,96 %		
(207) 77 Elektronika Kft.	>	1 6,0	0,32 %		
	>	15 6,5	4,8 %		
	>>>	3 7,0	0,96 %		
	>	1 7,5	0,32 %		
(999) jiný výrobce	>>>	3 7,0	0,96 %		
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(274) Nitrity

A	(5) Dialab	>>>	2 Negativní	0,75 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	4 Negativní	1,5 %
	(18) Cormay	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(46) Erba Lachema	>>>	12 Negativní	4,5 %
	(49) BioVendor	>>>	2 Negativní	0,75 %
	(60) Roche	>>>	39 Negativní	15 %
	(63) Sysmex	>>>	11 Negativní	4,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>>	78 Negativní	29 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 Negativní	1,5 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	33 Negativní	12 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní	0,75 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	8 Negativní	3,0 %
	(202) Dirui	>>>	49 Negativní	18 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 268 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Pozitivní	0,75 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Pozitivní	1,5 %
	(18) Cormay	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(46) Erba Lachema	>>> 12	Pozitivní	4,5 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Pozitivní	0,75 %
	(60) Roche	>>> 39	Pozitivní	15 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Pozitivní	4,1 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(150) Arkray	>>> 78	Pozitivní	29 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	1,5 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Pozitivní	12 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Pozitivní	0,75 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 8	Pozitivní	3,0 %
	(202) Dirui	>>> 49	Pozitivní	18 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Pozitivní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 268 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

(275) hCG

A	(5) Dialab	>>> 5	Negativní	28 %
	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	17 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	11 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 6	Negativní	33 %
----- Celkem za vzorek: n = 18 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 5	Pozitivní	28 %
	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	17 %
	(18) Cormay		Neuvedeno	5,6 %
	(32) Human	>>> 2	Pozitivní	11 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 6	Pozitivní	33 %
----- Celkem za vzorek: n = 18 ----- Úspěšnost: 94 % -----				
Celková úspěšnost: 94 %				