

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 13	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 30	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	9,6 %
	(998) Manuálně	>>> 43	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	14 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,5 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 45	11,1 - 28 mmol/L	14 %
		>>> 23	> 28 mmol/L	7,3 %
	(203) Arkray Aution MINI	> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		> 10	11,1 - 28 mmol/L	3,2 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	> 28 mmol/L	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	> 28 mmol/L	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	> 28 mmol/L	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 11	11,1 - 28 mmol/L	3,5 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,64 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 28 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>> 11	> 28 mmol/L	3,5 %
	(225) Dirui H-series	> 12	11,1 - 28 mmol/L	3,8 %
		>>> 7	> 28 mmol/L	2,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 10	11,1 - 28 mmol/L	3,2 %
		>>> 5	> 28 mmol/L	1,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	> 28 mmol/L	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		> 18	11,1 - 28 mmol/L	5,7 %
		>>> 11	> 28 mmol/L	3,5 %
	(998) Manuálně	> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 39	> 28 mmol/L	12 %
	(999) jiný systém	> 6	11,1 - 28 mmol/L	1,9 %
		>>> 8	> 28 mmol/L	2,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(263) Ketony</b>				
A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	Negativní, <= 0,5 mmol/L	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(215) Roche Uriscys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,6 %
	(219) Roche Uriscys 2400	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,64 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,1 %
	(222) Roche Uriscys 1100	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,1 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 30	Negativní, <= 0,5 mmol/L	9,6 %
	(998) Manuálně	>>> 43	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	3+, 4+	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	> 4	1+, 2+	1,3 %
		>>> 10	3+, 4+	3,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 12	1+, 2+	3,8 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 2	1+, 2+	0,64 %
	(215) Roche Uriscys 1800 / cobas u411	>>> 20	3+, 4+	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 3	1+, 2+	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 5	1+, 2+	1,6 %
	(219) Roche Uriscys 2400	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 11	1+, 2+	3,5 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(222) Roche Uriscys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(225) Dirui H-series	> 14	1+, 2+	4,5 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	> 4	1+, 2+	1,3 %
		>>> 26	3+, 4+	8,3 %
	(998) Manuálně	> 23	1+, 2+	7,3 %
		>>> 20	3+, 4+	6,4 %
	(999) jiný systém	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	Negativní, < 0,3 g/L	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,64 %
	(215) Roche Uriscys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, < 0,3 g/L	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní, < 0,3 g/L	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	Negativní, < 0,3 g/L	4,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 13	Negativní, < 0,3 g/L	4,2 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní, < 0,3 g/L	6,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní, < 0,3 g/L	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 30	Negativní, < 0,3 g/L	9,6 %
	(998) Manuálně	>>> 42	Negativní, < 0,3 g/L	13 %
	(999) jiný systém	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 100 %		
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 66	> 2,5 g/L	21 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 2,5 g/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	2	0,3 - 0,5 g/L	0,64 %
		> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
		>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 19	> 2,5 g/L	6,1 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 11	> 2,5 g/L	3,5 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,96 %
		>>> 10	> 2,5 g/L	3,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 2,5 g/L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,64 %
		>>> 11	> 2,5 g/L	3,5 %
	(225) Dirui H-series	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 15	> 2,5 g/L	4,8 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	> 2,5 g/L	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,6 %
		>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(230) Dirui FUS-series	> 4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>> 26	> 2,5 g/L	8,3 %
	(998) Manuálně	> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,6 %
		>>> 34	> 2,5 g/L	11 %
	(999) jiný systém	1	Neuvedeno	0,32 %
		> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 313		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(266) Urobilinogen**

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	Negativní, < 17 µmol/L	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní, < 17 µmol/L	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	Negativní, < 17 µmol/L	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/L	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	Negativní, < 17 µmol/L	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,96 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(223) Iris iChem Velocity	>>>	13 Negativní, < 17 µmol/L	4,1 %
	(225) Dirui H-series	>>>	19 Negativní, < 17 µmol/L	6,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	15 Negativní, < 17 µmol/L	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	9 Negativní, < 17 µmol/L	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	30 Negativní, < 17 µmol/L	9,6 %
	(998) Manuálně	>>>	43 Negativní, < 17 µmol/L	14 %
	(999) jiný systém	>>>	14 Negativní, < 17 µmol/L	4,5 %
	----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----			
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12 3+, 4+	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	2 1+, 2+	0,64 %
		>>>	66 3+, 4+	21 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 3+, 4+	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>	1 1+, 2+	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14 3+, 4+	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	14 3+, 4+	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 3+, 4+	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 3+, 4+	6,4 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>	3 1+, 2+	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	5 3+, 4+	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	12 3+, 4+	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 3+, 4+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>	9 1+, 2+	2,9 %
		>>>	4 3+, 4+	1,3 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 3+, 4+	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>	10 1+, 2+	3,2 %
		>>>	3 3+, 4+	0,96 %
	(225) Dirui H-series	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	18 3+, 4+	5,7 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	15 3+, 4+	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	9 3+, 4+	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>	17 1+, 2+	5,4 %
		>>>	13 3+, 4+	4,1 %
	(998) Manuálně	>	8 1+, 2+	2,5 %
		>>>	35 3+, 4+	11 %
(999) jiný systém	>	2 1+, 2+	0,64 %	
	>>>	12 3+, 4+	3,8 %	
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(268) Bilirubin**

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12 Negativní	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	68 Negativní	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 Negativní	0,65 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1 Negativní	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1 Negativní	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14 Negativní	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	14 Negativní	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2 Negativní	0,65 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>>	1 Negativní	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20 Negativní	6,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	3 Negativní	0,97 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	5 Negativní	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	12 Negativní	3,9 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>>	1 Negativní	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	13 Negativní	4,2 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3 Negativní	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	13 Negativní	4,2 %
	(225) Dirui H-series	>>>	19 Negativní	6,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	15 Negativní	4,9 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	9 Negativní	2,9 %
(230) Dirui FUS-series	>>>	30 Negativní	9,7 %	
(998) Manuálně	>>>	36 Negativní	12 %	
(999) jiný systém	>>>	14 Negativní	4,5 %	
----- Celkem za vzorek: n = 308 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12 3+, 4+	3,9 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>	1 1+, 2+	0,32 %
		>>>	67 3+, 4+	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2 3+, 4+	0,65 %
(206) Siemens Clinitek 500	>	1 1+, 2+	0,32 %	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	3+, 4+	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	3+, 4+	0,65 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	3+, 4+	6,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	3+, 4+	0,97 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 12	3+, 4+	3,9 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	3+, 4+	0,97 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 10	Negativní	3,2 %
		± 3	1+, 2+	0,97 %
	(225) Dirui H-series	> 2	1+, 2+	0,65 %
		>>> 17	3+, 4+	5,5 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 14	3+, 4+	4,5 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	3+, 4+	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 30	3+, 4+	9,7 %
	(998) Manuálně	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 35	3+, 4+	11 %
	(999) jiný systém		Neuvedeno	0,32 %
		>>> 13	3+, 4+	4,2 %

Celkem za vzorek: n = 308 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 % -----

Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %

### (270) Leukocyty

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní	4,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 67	Negativní	25 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,75 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 14	Negativní	5,3 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní	5,3 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,75 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	7,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 11	Negativní	4,2 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní	0,38 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 7	Negativní	2,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 12	Negativní	4,5 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní	7,2 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní	5,7 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	Negativní	3,4 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 28	Negativní	11 %
	(998) Manuálně	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(999) jiný systém	>>> 13	Negativní	4,9 %

Celkem za vzorek: n = 265 ----- Úspěšnost: 100 % -----

B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	> 250 leu/μL	4,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	3	Negativní	1,1 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		> 8	51 - 250 leu/μL	3,0 %
		>>> 55	> 250 leu/μL	21 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	> 250 leu/μL	0,75 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 10	> 250 leu/μL	3,8 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	4	10 - 50 leu/μL	1,5 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 6	> 250 leu/μL	2,3 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	> 250 leu/μL	0,75 %
	(211) Roche Miditron Junior II	>>> 1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	> 8	51 - 250 leu/μL	3,0 %
		>>> 12	> 250 leu/μL	4,5 %

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
B	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>	3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>	2	51 - 250 leu/μL	0,75 %
		>>>	1	> 250 leu/μL	0,38 %
	(219) Roche Urisys 2400		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		>	2	51 - 250 leu/μL	0,75 %
		>>>	8	> 250 leu/μL	3,0 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	7	> 250 leu/μL	2,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>	1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
		>>>	2	> 250 leu/μL	0,75 %
	(223) Iris iChem Velocity		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		>	7	51 - 250 leu/μL	2,6 %
		>>>	4	> 250 leu/μL	1,5 %
	(225) Dirui H-series	>	9	51 - 250 leu/μL	3,4 %
		>>>	10	> 250 leu/μL	3,8 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>	13	51 - 250 leu/μL	4,9 %
		>>>	2	> 250 leu/μL	0,75 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>	1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
		>>>	8	> 250 leu/μL	3,0 %
	(230) Dirui FUS-series	>	5	51 - 250 leu/μL	1,9 %
		>>>	23	> 250 leu/μL	8,7 %
	(998) Manuálně		1	10 - 50 leu/μL	0,38 %
		>	1	51 - 250 leu/μL	0,38 %
		>>>	6	> 250 leu/μL	2,3 %
	(999) jiný systém	>	6	51 - 250 leu/μL	2,3 %
		>>>	7	> 250 leu/μL	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 265		Úspěšnost: 95 %			
Celková úspěšnost: 95 %					

**(272) Krev**

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12	Negativní	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>>	68	Negativní	22 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2	Negativní	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1	Negativní	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>>	1	Negativní	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>>	14	Negativní	4,5 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>>	14	Negativní	4,5 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2	Negativní	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411		1	Neuvedeno	0,32 %
		>>>	19	Negativní	6,1 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	3	Negativní	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	5	Negativní	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	12	Negativní	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>>	1	Negativní	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	13	Negativní	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	3	Negativní	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	13	Negativní	4,1 %
	(225) Dirui H-series	>>>	19	Negativní	6,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	15	Negativní	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	9	Negativní	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	29	Negativní	9,2 %
			1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
	(998) Manuálně	>>>	42	Negativní	13 %
			1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
	(999) jiný systém	>>>	14	Negativní	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %			
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>>	12	> 50 ery/μL	3,8 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000		1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
		>	22	13 - 50 ery/μL	7,0 %
		>>>	45	> 50 ery/μL	14 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>>	2	> 50 ery/μL	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>>	1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS		1	5 - 12 ery/μL	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>	1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>>	13	> 50 ery/μL	4,1 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>	2	13 - 50 ery/μL	0,64 %
		>>>	12	> 50 ery/μL	3,8 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>>	2	> 50 ery/μL	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>	2	13 - 50 ery/μL	0,64 %
		>>>	18	> 50 ery/μL	5,7 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	3	> 50 ery/μL	0,96 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	> 50 ery/ $\mu$ L	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 12	> 50 ery/ $\mu$ L	3,8 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	> 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	> 50 ery/ $\mu$ L	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	> 50 ery/ $\mu$ L	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 2	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,64 %
		>>> 11	> 50 ery/ $\mu$ L	3,5 %
	(225) Dirui H-series	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
		>>> 18	> 50 ery/ $\mu$ L	5,7 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	> 50 ery/ $\mu$ L	4,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 9	> 50 ery/ $\mu$ L	2,9 %
	(230) Dirui FUS-series	> 6	13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,9 %
		>>> 24	> 50 ery/ $\mu$ L	7,6 %
	(998) Manuálně	> 5	13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,6 %
		>>> 38	> 50 ery/ $\mu$ L	12 %
	(999) jiný systém	>>> 14	> 50 ery/ $\mu$ L	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(273) pH**

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 8	5,0	2,5 %
		> 2	5,5	0,64 %
		> 2	6,0	0,64 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 67	5,0	21 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	5,0	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	> 1	5,5	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	5,0	0,32 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 6	5,0	1,9 %
		> 7	5,5	2,2 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 11	5,0	3,5 %
		> 1	5,5	0,32 %
		> 2	6,0	0,64 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	5,0	0,64 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 19	5,0	6,1 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	5,0	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	5,0	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 11	5,0	3,5 %
		1	6,5	0,32 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	5,0	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 13	5,0	4,1 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 3	5,0	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 9	5,0	2,9 %
		> 4	5,5	1,3 %
	(225) Dirui H-series	>>> 17	5,0	5,4 %
		> 1	5,5	0,32 %
		> 1	6,0	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 5	5,0	1,6 %
		> 10	5,5	3,2 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 8	5,0	2,5 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 29	5,0	9,2 %
		> 1	5,5	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 39	5,0	12 %
		> 4	5,5	1,3 %
	(999) jiný systém	>>> 10	5,0	3,2 %
		> 1	5,5	0,32 %
		> 3	6,0	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	> 9	7,5	2,9 %
		> 3	8,0	0,96 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 2	7,0	0,64 %
		> 62	7,5	20 %
		> 4	8,0	1,3 %
	(203) Arkray Aution MINI	> 2	7,5	0,64 %
	(206) Siemens Clinitek 500	> 1	7,5	0,32 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 2	7,0	0,64 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 11	7,0	3,5 %
		> 2	7,5	0,64 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(209) 77 Elektronika LabUreader	> 1	6,0	0,32 %
		> 10	6,5	3,2 %
		>>> 3	7,0	0,96 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 1	7,0	0,32 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 17	7,0	5,4 %
		> 1	7,5	0,32 %
		> 2	8,0	0,64 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	> 3	7,5	0,96 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 5	7,0	1,6 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 4	7,0	1,3 %
		> 8	8,0	2,5 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	7,0	0,32 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 11	7,0	3,5 %
		> 2	8,0	0,64 %
	(222) Roche Urisys 1100	> 3	8,0	0,96 %
	(223) Iris iChem Velocity	> 10	6,5	3,2 %
		>>> 2	7,0	0,64 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(225) Dirui H-series	> 10	6,5	3,2 %
		>>> 8	7,0	2,5 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 3	7,0	0,96 %
		> 12	7,5	3,8 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	> 8	6,5	2,5 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 29	7,0	9,2 %
		> 1	7,5	0,32 %
	(998) Manuálně	>>> 36	7,0	11 %
		> 7	7,5	2,2 %
	(999) jiný systém	> 3	6,5	0,96 %
>>> 6		7,0	1,9 %	
> 5		7,5	1,6 %	

Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

### (274) Nitrity

A	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Negativní	4,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	Negativní	25 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Negativní	0,75 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 13	Negativní	4,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Negativní	5,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Negativní	0,75 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>> 20	Negativní	7,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>> 11	Negativní	4,1 %
	(220) 77 Elektronika HandUreader	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>> 7	Negativní	2,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>> 2	Negativní	0,75 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>> 12	Negativní	4,5 %
	(225) Dirui H-series	>>> 19	Negativní	7,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>> 15	Negativní	5,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(230) Dirui FUS-series	>>> 30	Negativní	11 %
(998) Manuálně	>>> 9	Negativní	3,4 %	
(999) jiný systém	>>> 14	Negativní	5,2 %	

Celkem za vzorek: n = 268 ----- Úspěšnost: 100 % -----

B	(201) Arkray Aution JET / Eleven	>>> 12	Pozitivní	4,5 %
	(202) Arkray Aution MAX / Sysmex UX-2000	>>> 68	Pozitivní	25 %
	(203) Arkray Aution MINI	>>> 2	Pozitivní	0,75 %
	(206) Siemens Clinitek 500	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(207) Siemens Clinitek ATLAS	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(208) Siemens Clinitek STATUS	>>> 13	Pozitivní	4,9 %
	(209) 77 Elektronika LabUreader	>>> 14	Pozitivní	5,2 %
	(210) Erba Lachema UriPHAN	>>> 2	Pozitivní	0,75 %
	(211) Roche Mditron Junior II	>>> 1	Pozitivní	0,37 %



Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
B	(215) Roche Urisys 1800 / cobas u411	>>>	20	Pozitivní	7,5 %
	(216) Sysmex UC-1000, UC-3500	>>>	3	Pozitivní	1,1 %
	(218) YD Diagnostics URISCAN Pro+	>>>	3	Pozitivní	1,1 %
	(219) Roche Urisys 2400	>>>	11	Pozitivní	4,1 %
	(220) 77 Elektronika HandUReader	>>>	1	Pozitivní	0,37 %
	(221) Erba Lachema LAURA	>>>	7	Pozitivní	2,6 %
	(222) Roche Urisys 1100	>>>	2	Pozitivní	0,75 %
	(223) Iris iChem Velocity	>>>	12	Pozitivní	4,5 %
	(225) Dirui H-series	>>>	19	Pozitivní	7,1 %
	(228) Siemens Clinitek Advantus	>>>	15	Pozitivní	5,6 %
	(229) 77 Elektronika LabUMat, LabUMat 2	>>>	8	Pozitivní	3,0 %
	(230) Dirui FUS-series	>>>	30	Pozitivní	11 %
	(998) Manuálně	>>>	9	Pozitivní	3,4 %
	(999) jiný systém	>>>	14	Pozitivní	5,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 268 ----- Úspěšnost: 100 % -----					

Celková úspěšnost: 100 %

**(275) hCG**

A	(0) systém neuveden	>>>	2	Negativní	11 %
	(998) Manuálně	>>>	14	Negativní	78 %
	(999) jiný systém	>>>	2	Negativní	11 %
----- Celkem za vzorek: n = 18 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
B	(0) systém neuveden	>>>	2	Pozitivní	11 %
	(998) Manuálně	>>>	14	Pozitivní	78 %
	(999) jiný systém		1	Neuvedeno	5,6 %
		>>>	1	Pozitivní	5,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 18 ----- Úspěšnost: 94 % -----					

Celková úspěšnost: 94 %