

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	2,81 - 11 mmol/L	4,0 %
		> 9	11,1 - 28 mmol/L	36 %
		>>> 15	> 28 mmol/L	60 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 8	1+, 2+	32 %
		>>> 17	3+, 4+	68 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 1	0,51 - 2,5 g/L	4,0 %
		>>> 24	> 2,5 g/L	96 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 5	1+, 2+	20 %
		>>> 20	3+, 4+	80 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	> 2	1+, 2+	8,0 %
		>>> 19	3+, 4+	76 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 4	Negativní	16 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	2	10 - 50 leu/μL	8,3 %
		> 5	51 - 250 leu/μL	21 %
		>>> 17	> 250 leu/μL	71 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

(272) Krev

A	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 1	13 - 50 ery/μL	4,0 %
		>>> 24	> 50 ery/μL	96 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	>>> 19	5,0	76 %
		> 4	5,5	16 %
		> 2	6,0	8,0 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 3	6,5	12 %
		>>> 11	7,0	44 %
		> 8	7,5	32 %
		> 3	8,0	12 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(274) Nitrity				
A	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 24	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				