

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	Všechny výsledky	>>> 48	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	74 %
		> 17	2,81 - 11 mmol/L	26 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 16	11,1 - 28 mmol/L	25 %
		>>> 49	> 28 mmol/L	75 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(263) Ketony**

A	Všechny výsledky	>>> 65	Negativní, <= 0,5 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,1 %
		>>> 48	1+, 2+	74 %
		> 15	3+, 4+	23 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	Všechny výsledky	>>> 60	Negativní, < 0,3 g/L	92 %
		5	0,3 - 0,5 g/L	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 92 %		
B	Všechny výsledky	1	0,3 - 0,5 g/L	1,5 %
		>>> 33	0,51 - 2,5 g/L	51 %
		>>> 31	> 2,5 g/L	48 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

**(266) Urobilinogen**

A	Všechny výsledky	>>> 65	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	1+, 2+	40 %
		>>> 39	3+, 4+	60 %
	Celkem za vzorek: n = 65	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(268) Bilirubin**

A	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 4	1+, 2+	6,3 %
		>>> 59	3+, 4+	94 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(270) Leukocyty**

A	Všechny výsledky	>>> 51	Negativní	96 %
		1	10 - 50 leu/μL	1,9 %
		1	51 - 250 leu/μL	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	> 2	10 - 50 leu/μL	3,8 %
		> 17	51 - 250 leu/μL	32 %
		>>> 30	> 250 leu/μL	57 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 3	Negativní	5,7 %
		± 1	10 - 50 leu/μL	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 96 %				

**(272) Krev**

A	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	98 %
		1	5 - 12 ery/μL	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 64	Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	> 2	13 - 50 ery/μL	3,1 %
		>>> 62	> 50 ery/μL	97 %
	Celkem za vzorek: n = 64	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(273) pH**

A	Všechny výsledky	1	5,0	1,6 %
		> 2	5,5	3,1 %
		> 16	6,0	25 %
		>>> 39	6,5	61 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
A	Všechny výsledky	> 6	7,0	9,4 %
	Celkem za vzorek: n = 64	Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	1	5,5	1,6 %
		> 1	6,0	1,6 %
		> 11	6,5	17 %
		>>> 44	7,0	69 %
		> 7	7,5	11 %
	Celkem za vzorek: n = 64	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

## (274) Nitrity

A	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 55	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 55	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 55	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 7	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 7	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 7	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 7	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

st\_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 29.06.2018