

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	(1) Vizually	>>> 7	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	11 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/L	6,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 41	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	63 %
		> 13	2,81 - 11 mmol/L	20 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 11	> 28 mmol/L	17 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 16	11,1 - 28 mmol/L	25 %
		>>> 38	> 28 mmol/L	58 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(263) Ketony**

A	(1) Vizually	>>> 11	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	17 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 54	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	83 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 8	1+, 2+	12 %
		> 3	3+, 4+	4,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	2	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	3,1 %
		>>> 40	1+, 2+	62 %
		> 12	3+, 4+	18 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	(1) Vizually	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	14 %
		2	0,3 - 0,5 g/L	3,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 51	Negativní, < 0,3 g/L	78 %
		3	0,3 - 0,5 g/L	4,6 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 92 %		
B	(1) Vizually	1	0,3 - 0,5 g/L	1,5 %
		>>> 5	0,51 - 2,5 g/L	7,7 %
		>>> 5	> 2,5 g/L	7,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 28	0,51 - 2,5 g/L	43 %
		>>> 26	> 2,5 g/L	40 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

**(266) Urobilinogen**

A	(1) Vizually	>>> 11	Negativní, < 17 μmol/L	17 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 54	Negativní, < 17 μmol/L	83 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 1	1+, 2+	1,5 %
		>>> 10	3+, 4+	15 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 25	1+, 2+	38 %
		>>> 29	3+, 4+	45 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(268) Bilirubin**

A	(1) Vizually	>>> 9	Negativní	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 54	Negativní	86 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 9	3+, 4+	14 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 4	1+, 2+	6,3 %
		>>> 50	3+, 4+	79 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(270) Leukocyty**

A	(1) Vizually	>>> 3	Negativní	5,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 48	Negativní	91 %
		1	10 - 50 leu/μL	1,9 %
		1	51 - 250 leu/μL	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 96 %		
B	(1) Vizually	> 1	10 - 50 leu/μL	1,9 %
		> 2	51 - 250 leu/μL	3,8 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 1	10 - 50 leu/μL	1,9 %
		> 15	51 - 250 leu/μL	28 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 30	> 250 leu/μL	57 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader); (223)	± 3	Negativní	5,7 %
	Iris iChem Velocity	± 1	10 - 50 leu/μL	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 96 %				

**(272) Krev**

A	(1) Vizually	>>> 10	Negativní	16 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 53	Negativní	83 %
		1	5 - 12 ery/μL	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 10	> 50 ery/μL	16 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 2	13 - 50 ery/μL	3,1 %
		>>> 52	> 50 ery/μL	81 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(273) pH**

A	(1) Vizually	1	5,0	1,6 %
		> 1	5,5	1,6 %
		> 5	6,0	7,8 %
		>>> 1	6,5	1,6 %
		> 2	7,0	3,1 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	> 1	5,5	1,6 %
		> 11	6,0	17 %
		>>> 38	6,5	59 %
		> 4	7,0	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	> 1	6,5	1,6 %
		>>> 8	7,0	13 %
		> 1	7,5	1,6 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	5,5	1,6 %
		> 1	6,0	1,6 %
		> 10	6,5	16 %
		>>> 36	7,0	56 %
		> 6	7,5	9,4 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(274) Nitrity**

A	(1) Vizually	>>> 3	Negativní	5,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 52	Negativní	95 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 3	Pozitivní	5,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 52	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(275) hCG**

A	(1) Vizually	>>> 6	Negativní	86 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Negativní	14 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 6	Pozitivní	86 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 7		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				