

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	0,32 %
		4	2,81 - 11 mmol/L	1,3 %
		> 112	11,1 - 28 mmol/L	36 %
		>>> 197	> 28 mmol/L	63 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 313	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/L	100 %
		1	> 28 mmol/L	0,32 %
	Celkem za vzorek: n = 314	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	1	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	0,32 %
		> 129	1+, 2+	41 %
		>>> 185	3+, 4+	59 %
	Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 312	Negativní, ≤ 0,5 mmol/L	99 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		2	3+, 4+	0,63 %
	Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		2	0,3 - 0,5 g/L	0,63 %
		> 30	0,51 - 2,5 g/L	9,5 %
		>>> 282	> 2,5 g/L	90 %
	Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 314	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
		1	> 2,5 g/L	0,32 %
	Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	4	Negativní, < 17 μmol/L	1,3 %
		> 61	1+, 2+	19 %
		>>> 250	3+, 4+	79 %
	Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 313	Negativní, < 17 μmol/L	99 %
		2	3+, 4+	0,63 %
	Celkem za vzorek: n = 315	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	1	Neuvedeno	0,32 %
		3	Negativní	0,97 %
		> 18	1+, 2+	5,8 %
		>>> 270	3+, 4+	87 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 9	Negativní	2,9 %
		± 7	1+, 2+	2,3 %
		± 1	3+, 4+	0,32 %
	Celkem za vzorek: n = 309	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 307	Negativní	99 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	Celkem za vzorek: n = 309	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 98 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	3	Negativní	1,1 %
		15	10 - 50 leu/μL	5,6 %
		> 72	51 - 250 leu/μL	27 %
		>>> 180	> 250 leu/μL	67 %
	Celkem za vzorek: n = 270	Úspěšnost: 93 %		
B	Všechny výsledky	>>> 268	Negativní	99 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		1	> 250 leu/μL	0,37 %
	Celkem za vzorek: n = 270	Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

(272) Krev

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	Všechny výsledky	1	Negativní	0,32 %
		4	5 - 12 ery/ μ L	1,3 %
		> 24	13 - 50 ery/ μ L	7,6 %
		>>> 286	> 50 ery/ μ L	91 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 98 %		
B	Všechny výsledky	>>> 309	Negativní	98 %
		3	5 - 12 ery/ μ L	0,95 %
		2	13 - 50 ery/ μ L	0,63 %
		1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	1	5,0	0,32 %
		> 2	6,0	0,63 %
		> 19	6,5	6,0 %
		>>> 64	7,0	20 %
		>>> 77	7,5	24 %
		>>> 146	8,0	46 %
		> 6	8,5	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 269	5,0	85 %
		> 27	5,5	8,6 %
		> 17	6,0	5,4 %
		1	6,5	0,32 %
		1	8,0	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	1	Negativní	0,37 %
		>>> 271	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	0,37 %
		>>> 270	Negativní	99 %
		1	Pozitivní	0,37 %
Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	1	Negativní	5,9 %
		>>> 16	Pozitivní	94 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 94 %		
B	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 94 %				