

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(1) Vizually	> 3	11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		>>> 37	> 28 mmol/L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		4	2,81 - 11 mmol/L	1,3 %
		> 109	11,1 - 28 mmol/L	35 %
		>>> 160	> 28 mmol/L	51 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 98 %		
B	(1) Vizually	>>> 40	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 273	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	87 %
		1	> 28 mmol/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 314		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(263) Ketony

A	(1) Vizually	> 22	1+, 2+	7,0 %
		>>> 18	3+, 4+	5,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
		> 107	1+, 2+	34 %
		>>> 167	3+, 4+	53 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
B	(1) Vizually	>>> 40	Negativní, <= 0,5 mmol/L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 272	Negativní, <= 0,5 mmol/L	86 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		2	3+, 4+	0,63 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(264) Celková bílkovina

A	(1) Vizually	> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,5 %
		>>> 32	> 2,5 g/L	10 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		2	0,3 - 0,5 g/L	0,63 %
		> 22	0,51 - 2,5 g/L	7,0 %
		>>> 250	> 2,5 g/L	79 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 40	Negativní, < 0,3 g/L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 274	Negativní, < 0,3 g/L	87 %
		1	> 2,5 g/L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(266) Urobilinogen

A	(1) Vizually	> 11	1+, 2+	3,5 %
		>>> 29	3+, 4+	9,2 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
		> 50	1+, 2+	16 %
		>>> 221	3+, 4+	70 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 40	Negativní, < 17 µmol/L	13 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 273	Negativní, < 17 µmol/L	87 %
		2	3+, 4+	0,63 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(268) Bilirubin

A	(1) Vizually	>>> 34	3+, 4+	11 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	1	Neuvedeno	0,32 %
		3	Negativní	0,97 %
		> 18	1+, 2+	5,8 %
		>>> 236	3+, 4+	76 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader); (223) Iris iChem Velocity	± 9	Negativní	2,9 %
		± 7	1+, 2+	2,3 %
		± 1	3+, 4+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 %		
B	(1) Vizually	>>> 34	Negativní	11 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 273	Negativní	88 %
		1	1+, 2+	0,32 %
		1	3+, 4+	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 98 %				

(270) Leukocyty

A	(1) Vizually	>	4	51 - 250 leu/ μ L	1,5 %
		>>>	4	> 250 leu/ μ L	1,5 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		3	Negativní	1,1 %
			15	10 - 50 leu/ μ L	5,6 %
		>	68	51 - 250 leu/ μ L	25 %
		>>>	176	> 250 leu/ μ L	65 %
Celkem za vzorek: n = 270		Úspěšnost: 93 %			
B	(1) Vizually	>>>	8	Negativní	3,0 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	260	Negativní	96 %
			1	10 - 50 leu/ μ L	0,37 %
			1	> 250 leu/ μ L	0,37 %
Celkem za vzorek: n = 270		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

(272) Krev

A	(1) Vizually	>	2	13 - 50 ery/ μ L	0,63 %
		>>>	38	> 50 ery/ μ L	12 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		1	Negativní	0,32 %
			4	5 - 12 ery/ μ L	1,3 %
		>	22	13 - 50 ery/ μ L	7,0 %
		>>>	248	> 50 ery/ μ L	79 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 98 %			
B	(1) Vizually	>>>	39	Negativní	12 %
			1	5 - 12 ery/ μ L	0,32 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	270	Negativní	86 %
			2	5 - 12 ery/ μ L	0,63 %
			2	13 - 50 ery/ μ L	0,63 %
			1	> 50 ery/ μ L	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(273) pH

A	(1) Vizually	>	1	6,0	0,32 %
		>>>	24	7,0	7,6 %
		>>>	9	7,5	2,9 %
		>>>	6	8,0	1,9 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		1	5,0	0,32 %
		>	1	6,0	0,32 %
		>	19	6,5	6,0 %
		>>>	40	7,0	13 %
		>>>	68	7,5	22 %
		>>>	140	8,0	44 %
		>	6	8,5	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %			
B	(1) Vizually	>>>	38	5,0	12 %
		>	1	5,5	0,32 %
		>	1	6,0	0,32 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>>	231	5,0	73 %
		>	26	5,5	8,3 %
		>	16	6,0	5,1 %
			1	6,5	0,32 %
			1	8,0	0,32 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(274) Nitrity

A	(1) Vizually	>>>	10	Pozitivní	3,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		1	Negativní	0,37 %
		>>>	261	Pozitivní	96 %
Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 100 %			
B	(1) Vizually	>>>	10	Negativní	3,7 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)		1	Neuvedeno	0,37 %
		>>>	260	Negativní	96 %
			1	Pozitivní	0,37 %
Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 99 %			

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 99 %				
(275) hCG				
A	(1) Vizually	>>> 14	Pozitivní	82 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 1	Negativní	5,9 %
		>>> 2	Pozitivní	12 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 94 % -----				
B	(1) Vizually	>>> 14	Negativní	82 %
	(2) Reflektanční hodnocení (reader)	>>> 3	Negativní	18 %
		>>> 3	Negativní	18 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 94 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.12.2018