

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	(5) Dialab	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	4 > 28 mmol/L	1,3 %
	(18) Cormay	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>	12 11,1 - 28 mmol/L	3,8 %
		>>>	39 > 28 mmol/L	12 %
	(49) BioVendor	>>>	4 > 28 mmol/L	1,3 %
	(60) Roche	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
		>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	34 > 28 mmol/L	11 %
	(63) Sysmex	>	11 11,1 - 28 mmol/L	3,5 %
		>>>	3 > 28 mmol/L	0,96 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(113) SEKK	>	1 11,1 - 28 mmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 > 28 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>	31 11,1 - 28 mmol/L	9,9 %
		>>>	38 > 28 mmol/L	12 %
	(161) YD Diagnostics	>	3 11,1 - 28 mmol/L	0,96 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(179) Siemens (Bayer)	2	2,81 - 11 mmol/L	0,64 %
		>	18 11,1 - 28 mmol/L	5,7 %
		>>>	15 > 28 mmol/L	4,8 %
	(197) Analyticon	>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	1	2,81 - 11 mmol/L	0,32 %
		>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	7 > 28 mmol/L	2,2 %
	(202) Dirui	>	25 11,1 - 28 mmol/L	8,0 %
		>>>	24 > 28 mmol/L	7,6 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 > 28 mmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>	2 11,1 - 28 mmol/L	0,64 %
		>>>	2 > 28 mmol/L	0,64 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
B	(5) Dialab	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	6 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,9 %
	(18) Cormay	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(46) Erba Lachema	>>>	51 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(49) BioVendor	>>>	4 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(60) Roche	>>>	36 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
		1	> 28 mmol/L	0,32 %
	(63) Sysmex	>>>	14 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	4,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	3 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,96 %
	(113) SEKK	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	69 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	22 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	35 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,64 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	10 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	3,2 %
	(202) Dirui	>>>	49 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 314 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				

## (263) Ketony

A	(5) Dialab	>	2 1+, 2+	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	7 3+, 4+	2,2 %
	(18) Cormay	>	2 1+, 2+	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>	33 1+, 2+	10 %
		>>>	18 3+, 4+	5,7 %
	(49) BioVendor	>	2 1+, 2+	0,63 %
		>>>	2 3+, 4+	0,63 %
	(60) Roche	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(60) Roche	> 3	1+, 2+	0,95 %
		>>> 33	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(109) Alere / Axis-Shield	> 3	1+, 2+	0,95 %
	(113) SEKK	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 69	3+, 4+	22 %
	(161) YD Diagnostics	> 4	1+, 2+	1,3 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 24	1+, 2+	7,6 %
		>>> 11	3+, 4+	3,5 %
	(197) Analyticon	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 8	3+, 4+	2,5 %
	(202) Dirui	> 27	1+, 2+	8,6 %
		>>> 22	3+, 4+	7,0 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 14	1+, 2+	4,4 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
(999) jiný výrobce	> 2	1+, 2+	0,63 %	
	>>> 2	3+, 4+	0,63 %	
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 7	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,2 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,95 %
		1	1+, 2+	0,32 %
	(60) Roche	>>> 35	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
		2	3+, 4+	0,63 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní, <= 0,5 mmol/L	4,4 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 69	Negativní, <= 0,5 mmol/L	22 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní, <= 0,5 mmol/L	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 10	Negativní, <= 0,5 mmol/L	3,2 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní, <= 0,5 mmol/L	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 99 % -----				

Celková úspěšnost: 99 %

**(264) Celková bílkovina**

A	(5) Dialab	>>> 2	> 2,5 g/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 6	> 2,5 g/L	1,9 %
	(18) Cormay	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 8	0,51 - 2,5 g/L	2,5 %
		>>> 43	> 2,5 g/L	14 %
	(49) BioVendor	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,32 %
		>>> 3	> 2,5 g/L	0,95 %
	(60) Roche	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
		> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,95 %
		>>> 33	> 2,5 g/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 14	> 2,5 g/L	4,4 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	> 2,5 g/L	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,63 %
		>>> 67	> 2,5 g/L	21 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
	> 2	0,51 - 2,5 g/L	0,63 %	
	>>> 32	> 2,5 g/L	10 %	
(197) Analyticon	>>> 2	> 2,5 g/L	0,63 %	
(201) Iris Diagnostics	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,95 %	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(201) Iris Diagnostics	>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(202) Dirui	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,95 %
		>>> 46	> 2,5 g/L	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	1	0,3 - 0,5 g/L	0,32 %
		> 6	0,51 - 2,5 g/L	1,9 %
		>>> 12	> 2,5 g/L	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	> 2,5 g/L	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 7	Negativní, < 0,3 g/L	2,2 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(60) Roche	>>> 36	Negativní, < 0,3 g/L	11 %
		1	> 2,5 g/L	0,32 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní, < 0,3 g/L	4,4 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/L	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 69	Negativní, < 0,3 g/L	22 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní, < 0,3 g/L	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 10	Negativní, < 0,3 g/L	3,2 %
	(202) Dirui	>>> 49	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní, < 0,3 g/L	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 99 %				

**(266) Urobilinogen**

A	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	> 7	1+, 2+	2,2 %
	(18) Cormay	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(46) Erba Lachema	> 16	1+, 2+	5,1 %
		>>> 35	3+, 4+	11 %
	(49) BioVendor	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(60) Roche	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
		> 3	1+, 2+	0,95 %
		>>> 33	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	3+, 4+	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 69	3+, 4+	22 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	3	Negativní, < 17 µmol/L	0,95 %
		> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 31	3+, 4+	9,8 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
(201) Iris Diagnostics	> 8	1+, 2+	2,5 %	
	>>> 2	3+, 4+	0,63 %	
(202) Dirui	> 18	1+, 2+	5,7 %	
	>>> 31	3+, 4+	9,8 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	3+, 4+	6,0 %	
(999) jiný výrobce	>>> 4	3+, 4+	1,3 %	
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 7	Negativní, < 17 µmol/L	2,2 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
	(60) Roche	>>> 36	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
		1	3+, 4+	0,32 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní, < 17 µmol/L	4,4 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %
(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,32 %	
(150) Arkray	>>> 69	Negativní, < 17 µmol/L	22 %	

Zkouška			N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina				
B	(161) YD Diagnostics	>>>	5	Negativní, < 17 µmol/L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	34	Negativní, < 17 µmol/L	11 %
			1	3+, 4+	0,32 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní, < 17 µmol/L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	10	Negativní, < 17 µmol/L	3,2 %
	(202) Dirui	>>>	49	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19	Negativní, < 17 µmol/L	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 315		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

**(268) Bilirubin**

A	(5) Dialab	>>>	2	3+, 4+	0,65 %
	(12) Beckman Coulter; (223) Iris iChem Velocity	±	3	Negativní	0,97 %
		±	4	1+, 2+	1,3 %
	(18) Cormay		1	Neuvedeno	0,32 %
		>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(46) Erba Lachema	>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	44	3+, 4+	14 %
	(49) BioVendor	>>>	4	3+, 4+	1,3 %
	(60) Roche		1	Negativní	0,32 %
		>>>	36	3+, 4+	12 %
	(63) Sysmex		2	Negativní	0,65 %
		>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	11	3+, 4+	3,6 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	3	3+, 4+	0,97 %
	(113) SEKK	>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	69	3+, 4+	22 %
	(161) YD Diagnostics	>	1	1+, 2+	0,32 %
		>>>	4	3+, 4+	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	>	12	1+, 2+	3,9 %
		>>>	23	3+, 4+	7,4 %
	(197) Analyticon	>>>	2	3+, 4+	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics; (223) Iris iChem Velocity	±	6	Negativní	1,9 %
		±	3	1+, 2+	0,97 %
		±	1	3+, 4+	0,32 %
	(202) Dirui	>	3	1+, 2+	0,97 %
		>>>	46	3+, 4+	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19	3+, 4+	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	3+, 4+	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 %			
B	(5) Dialab	>>>	2	Negativní	0,65 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	7	Negativní	2,3 %
	(18) Cormay	>>>	2	Negativní	0,65 %
	(46) Erba Lachema	>>>	45	Negativní	15 %
	(49) BioVendor	>>>	4	Negativní	1,3 %
	(60) Roche	>>>	36	Negativní	12 %
			1	3+, 4+	0,32 %
	(63) Sysmex	>>>	14	Negativní	4,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	3	Negativní	0,97 %
	(113) SEKK	>>>	1	Negativní	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	69	Negativní	22 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5	Negativní	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	35	Negativní	11 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	10	Negativní	3,2 %
	(202) Dirui	>>>	48	Negativní	16 %
			1	1+, 2+	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19	Negativní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 309		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 98 %					

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(270) Leukocyty</b>				
A	(5) Dialab	>>> 2	> 250 leu/μL	0,74 %
	(6) APR	>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(12) Beckman Coulter	> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(18) Cormay	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
	(46) Erba Lachema	> 2	51 - 250 leu/μL	0,74 %
		>>> 11	> 250 leu/μL	4,1 %
	(49) BioVendor	> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(60) Roche	1	Negativní	0,37 %
		2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
		> 6	51 - 250 leu/μL	2,2 %
		>>> 29	> 250 leu/μL	11 %
	(63) Sysmex	2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
		> 11	51 - 250 leu/μL	4,1 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(113) SEKK	> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(150) Arkray	2	Negativní	0,74 %
		> 10	51 - 250 leu/μL	3,7 %
		>>> 55	> 250 leu/μL	20 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 15	51 - 250 leu/μL	5,6 %
		>>> 19	> 250 leu/μL	7,0 %
	(197) Analyticon	2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 3	> 250 leu/μL	1,1 %
	(202) Dirui	2	10 - 50 leu/μL	0,74 %
		> 9	51 - 250 leu/μL	3,3 %
		>>> 37	> 250 leu/μL	14 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	5	10 - 50 leu/μL	1,9 %
		> 4	51 - 250 leu/μL	1,5 %
		>>> 10	> 250 leu/μL	3,7 %
	(999) jiný výrobce	> 3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
		>>> 1	> 250 leu/μL	0,37 %
----- Celkem za vzorek: n = 270 -----		Úspěšnost: 93 %	-----	
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(6) APR	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 7	Negativní	2,6 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(46) Erba Lachema	>>> 13	Negativní	4,8 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	1,1 %
		1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
	(60) Roche	>>> 37	Negativní	14 %
		1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní	5,2 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(113) SEKK	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>> 67	Negativní	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 34	Negativní	13 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(202) Dirui	>>> 48	Negativní	18 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 270 -----		Úspěšnost: 99 %	-----	
Celková úspěšnost: 93 %				
<b>(272) Krev</b>				
A	(5) Dialab	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 7	> 50 ery/μL	2,2 %
	(18) Cormay	> 1	13 - 50 ery/μL	0,32 %
		>>> 1	> 50 ery/μL	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 3	13 - 50 ery/μL	0,95 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(46) Erba Lachema	>>> 48	> 50 ery/ $\mu$ L	15 %
	(49) BioVendor	>>> 4	> 50 ery/ $\mu$ L	1,3 %
	(60) Roche	1	Negativní	0,32 %
		> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
		>>> 35	> 50 ery/ $\mu$ L	11 %
	(63) Sysmex	3	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,95 %
		>>> 11	> 50 ery/ $\mu$ L	3,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	> 50 ery/ $\mu$ L	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	> 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(150) Arkray	1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,32 %
		> 7	13 - 50 ery/ $\mu$ L	2,2 %
		>>> 61	> 50 ery/ $\mu$ L	19 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	> 50 ery/ $\mu$ L	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 4	13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,3 %
		>>> 31	> 50 ery/ $\mu$ L	9,8 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 50 ery/ $\mu$ L	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
		>>> 9	> 50 ery/ $\mu$ L	2,9 %
	(202) Dirui	> 4	13 - 50 ery/ $\mu$ L	1,3 %
		>>> 45	> 50 ery/ $\mu$ L	14 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 2	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,63 %
		>>> 17	> 50 ery/ $\mu$ L	5,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	> 50 ery/ $\mu$ L	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 6	Negativní	1,9 %
		1	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>>> 50	Negativní	16 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(60) Roche	>>> 36	Negativní	11 %
		1	> 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(63) Sysmex	>>> 14	Negativní	4,4 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 3	Negativní	0,95 %
	(113) SEKK	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 69	Negativní	22 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	Negativní	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní	11 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 9	Negativní	2,9 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(202) Dirui	>>> 47	Negativní	15 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,32 %
		1	13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,32 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 19	Negativní	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
Celková úspěšnost: 97 %				

**(273) pH**

A	(5) Dialab	>>> 2	8,0	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 7	7,0	2,2 %
	(18) Cormay	>>> 1	7,0	0,32 %
		>>> 1	7,5	0,32 %
	(46) Erba Lachema	> 1	6,0	0,32 %
		>>> 27	7,0	8,6 %
		>>> 8	7,5	2,5 %
		>>> 15	8,0	4,8 %
	(49) BioVendor	> 3	6,5	0,95 %
		>>> 1	7,0	0,32 %
	(60) Roche	1	5,0	0,32 %
		>>> 35	8,0	11 %
		> 1	8,5	0,32 %
	(63) Sysmex	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 13	8,0	4,1 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 1	7,5	0,32 %
		>>> 2	8,0	0,63 %
	(113) SEKK	>>> 1	7,5	0,32 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(125) DOT Diagnostics	>	1 6,5	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	5 7,5	1,6 %
		>>>	63 8,0	20 %
		>	1 8,5	0,32 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	5 7,0	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>	1 6,5	0,32 %
		>>>	2 7,0	0,63 %
		>>>	14 7,5	4,4 %
		>>>	14 8,0	4,4 %
		>	4 8,5	1,3 %
	(197) Analyticon	>	1 6,0	0,32 %
		>>>	1 7,0	0,32 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	8 7,0	2,5 %
		>>>	1 7,5	0,32 %
		>>>	1 8,0	0,32 %
	(202) Dirui	>	3 6,5	0,95 %
		>>>	5 7,0	1,6 %
		>>>	41 7,5	13 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	11 6,5	3,5 %
		>>>	7 7,0	2,2 %
	>>>	1 8,0	0,32 %	
(999) jiný výrobce	>>>	4 7,5	1,3 %	
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>	2 6,0	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	7 5,0	2,2 %
	(18) Cormay	>>>	2 5,0	0,63 %
	(46) Erba Lachema	>>>	49 5,0	16 %
		>	1 5,5	0,32 %
		>	1 6,0	0,32 %
	(49) BioVendor	>>>	4 5,0	1,3 %
	(60) Roche	>>>	35 5,0	11 %
			1 6,5	0,32 %
			1 8,0	0,32 %
	(63) Sysmex	>>>	14 5,0	4,4 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>	1 5,5	0,32 %
		>	2 6,0	0,63 %
	(113) SEKK	>>>	1 5,0	0,32 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 5,0	0,32 %
	(150) Arkray	>>>	63 5,0	20 %
		>	6 5,5	1,9 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 5,0	1,3 %
		>	1 5,5	0,32 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	10 5,0	3,2 %
		>	15 5,5	4,8 %
		>	10 6,0	3,2 %
	(197) Analyticon	>>>	2 5,0	0,63 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	9 5,0	2,9 %
		>	1 5,5	0,32 %
	(202) Dirui	>>>	47 5,0	15 %
		>	2 5,5	0,63 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 5,0	6,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 5,0	0,63 %
		>	2 6,0	0,63 %
----- Celkem za vzorek: n = 315 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

**(274) Nitrity**

A	(5) Dialab	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	7 Pozitivní	2,6 %
	(18) Cormay	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(46) Erba Lachema	>>>	15 Pozitivní	5,5 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche		1 Negativní	0,37 %
		>>>	35 Pozitivní	13 %
	(63) Sysmex	>>>	14 Pozitivní	5,1 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	(113) SEKK	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(150) Arkray	>>>	69 Pozitivní	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	35 Pozitivní	13 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(197) Analyticon	>>>	2 Pozitivní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	9 Pozitivní	3,3 %
	(202) Dirui	>>>	48 Pozitivní	18 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 Pozitivní	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 100 %	
B	(5) Dialab	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	7 Negativní	2,6 %
	(18) Cormay	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(46) Erba Lachema	>>>	15 Negativní	5,5 %
	(49) BioVendor	>>>	1 Neuvedeno	0,37 %
		>>>	2 Negativní	0,74 %
	(60) Roche	>>>	35 Negativní	13 %
		>>>	1 Pozitivní	0,37 %
	(63) Sysmex	>>>	14 Negativní	5,1 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(113) SEKK	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>>	69 Negativní	25 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	35 Negativní	13 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	9 Negativní	3,3 %
	(202) Dirui	>>>	48 Negativní	18 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	19 Negativní	7,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 272		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(275) hCG**

A	(5) Dialab	>>>	3 Pozitivní	18 %
	(17) Biogema	>>>	3 Pozitivní	18 %
	(18) Cormay		1 Negativní	5,9 %
	(32) Human	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Pozitivní	35 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 94 %		
B	(5) Dialab	>>>	3 Negativní	18 %
	(17) Biogema	>>>	3 Negativní	18 %
	(18) Cormay	>>>	1 Negativní	5,9 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	5,9 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Negativní	5,9 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>>	1 Negativní	5,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	1 Negativní	5,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Negativní	35 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 94 %				