

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	1	2,81 - 11 mmol/L	4,0 %
		> 11	11,1 - 28 mmol/L	44 %
		>>> 13	> 28 mmol/L	52 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	> 8	1+, 2+	31 %
		>>> 18	3+, 4+	69 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní, <= 0,5 mmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	> 2	0,51 - 2,5 g/L	7,7 %
		>>> 24	> 2,5 g/L	92 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní, < 0,3 g/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	> 5	1+, 2+	19 %
		>>> 21	3+, 4+	81 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní, < 17 μmol/L	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	> 1	1+, 2+	3,8 %
		>>> 21	3+, 4+	81 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 1	Negativní	3,8 %
		± 2	1+, 2+	7,7 %
		± 1	3+, 4+	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky	1	10 - 50 leu/μL	4,0 %
		> 6	51 - 250 leu/μL	24 %
		>>> 18	> 250 leu/μL	72 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 96 %		
B	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(272) Krev

A	Všechny výsledky	> 2	13 - 50 ery/μL	7,7 %
		>>> 24	> 50 ery/μL	92 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 26	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	> 1	6,5	3,8 %
		>>> 3	7,0	12 %
		>>> 7	7,5	27 %
		>>> 13	8,0	50 %
		> 2	8,5	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 21	5,0	81 %
		> 3	5,5	12 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	Všechny výsledky	> 2	6,0	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(274) Nitrity

A	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	4,0 %
		>>> 24	Negativní	96 %
Celkem za vzorek: n = 25		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 5		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.12.2018