

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(223) Kalprotektin				
A	(49) BioVendor	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	9 Negativní	17 %
			1 Pozitivní	1,9 %
	(164) DiaSorin	>>>	3 Negativní	5,8 %
	(166) Thermo	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(219) Bühlmann	>>>	20 Negativní	38 %
			2 Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	11 Negativní	21 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 92 %	
B	(49) BioVendor		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,9 %
		>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	10 Pozitivní	19 %
	(164) DiaSorin	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(166) Thermo	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(219) Bühlmann		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,9 %
		>>>	21 Pozitivní	40 %
	(999) jiný výrobce	>>>	12 Pozitivní	23 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 96 %	
Celková úspěšnost: 88 %				