

## Cyklus EHK: FC1/18 - Kalprotektin ve stolici

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(223) Kalprotektin</b>					52							52	29	56%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
<b>Vzorek A</b>		27,9	14	50	52	CVP	27,9	4,8	50%	13,9	41,9	52	35	67%
Všechny výsledky		27,9	14	50	52	1						52		
<b>Vzorek B</b>		193	89	46	52	CVP	193	30	50%	96,5	290	52	38	73%
Všechny výsledky		193	89	46	52	1						52		
st_kn_p														

Konec sestavy

Vytlačeno: 19.03.2018