

Cyklus EHK: FC2/18 - Kalprotektin ve stolici

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	VE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(223) Kalprotektin					51							51	19	37%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek A		427	240	56	51	CVP	427	85	50%	213	641	51	27	53%
Všechny výsledky		427	240	56	51	4						51		
Vzorek B		442	310	70	51	CVP	442	110	50%	221	663	51	26	51%
Všechny výsledky		442	310	70	51	2						51		
Studie														
(223) Kalprotektin					48							0		
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek C		356	270	77	48							0		
Všechny výsledky		356	270	77	48	10	CVP	356	110	50%	178	534	0	

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 01.10.2018