

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: FOB1/18 - Okultní krvácení

Stop termín: 27.04.2018

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr                           | AV = vztažná hodnota                                   | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka                        | CRV = certifikovaná referenční hodnota                 | LL = dolní mez                        |
| CV = variační koeficient                        | RV = referenční hodnota                                | UL = horní mez                        |
| Ntot = celkový počet účastníků                  | CVE = konsensus expertů                                | Neva = počet hodnocených účastníků    |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsensus všech účastníků                        | Nsuc = počet úspěšných účastníků      |
|   | CVPG = konsensus skupin účastníků                      | Srel = relativní úspěšnost            |
|   | $U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) |                                       |

| Zkouška                    | [jednotka] | Srovnatelnost |     |        |                  |                  |      |                |                  |     |      |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------|---------------|-----|--------|------------------|------------------|------|----------------|------------------|-----|------|------------------|------------------|------------------|
|                            |            | RoM           | SD  | CV [%] | N <sub>tot</sub> | N <sub>out</sub> | AV   | $U_{AV}$       | D <sub>max</sub> | LL  | UL   | N <sub>eva</sub> | N <sub>suc</sub> | S <sub>rel</sub> |
| <b>(107) Hemoglobin</b>    |            |               |     |        | 89               |                  |      |                |                  |     |      | 87               | 72               | 83%              |
| Vzorky a skupiny           | [µg/g]     |               |     |        |                  |                  |      |                |                  |     |      |                  |                  |                  |
| <b>Vzorek A</b>            |            | 42,2          | 15  | 36     | 89               |                  |      |                |                  |     |      | 87               | 77               | 89%              |
| (57) Orion                 |            | 29,9          | 8,3 | 28     | 20               | 1                | CVPG | 29,9           | 4,7              | 20% | 23,9 | 35,9             | 20               |                  |
| (116) Sentinel Diagnostics |            | 53,9          | 4,0 | 7,5    | 42               | 0                | CVPG | 53,9           | 1,5              | 20% | 43,1 | 64,7             | 42               |                  |
| (208) Eiken                |            | 30,5          | 2,7 | 9,0    | 25               | 0                | CVPG | 30,5           | 1,3              | 20% | 24,4 | 36,6             | 25               |                  |
| Ostatní                    |            |               |     |        | 2                | 1                |      |                |                  |     |      |                  | 0                |                  |
|                            |            |               |     |        |                  |                  |      | 1x 189, 1x 999 |                  |     |      |                  |                  |                  |
| <b>Vzorek B</b>            |            | 120           | 36  | 30     | 89               |                  |      |                |                  |     |      | 87               | 75               | 86%              |
| (57) Orion                 |            | 90,6          | 21  | 23     | 20               | 0                | CVPG | 90,6           | 12               | 20% | 72,4 | 109              | 20               |                  |
| (116) Sentinel Diagnostics |            | 149           | 14  | 9,5    | 42               | 1                | CVPG | 149            | 5,4              | 20% | 119  | 179              | 42               |                  |
| (208) Eiken                |            | 95,3          | 6,4 | 6,8    | 25               | 0                | CVPG | 95,3           | 3,2              | 20% | 76,2 | 115              | 25               |                  |
| Ostatní                    |            |               |     |        | 2                | 1                |      |                |                  |     |      |                  | 0                |                  |
|                            |            |               |     |        |                  |                  |      | 1x 189, 1x 999 |                  |     |      |                  |                  |                  |

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.05.2018