

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: FOB2/18 - Okultní krvácení

Stop termín: 28.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(107) Hemoglobin					89							86	65	76%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek A		43,6	15	35	89							86	74	86%
(57) Orion		29,5	9,6	32	18	1	CVPG	29,5	5,7	20%	23,6	35,4	18	
(116) Sentinel Diagnostics		54,6	5,5	10	44	0	CVPG	54,6	2,0	20%	43,6	65,6	44	
(208) Eiken		31,7	2,0	6,2	24	0	CVPG	31,7	0,98	20%	25,3	38,1	24	
Ostatní					3	1								0
								1x 60, 1x 189, 1x 999						
Vzorek B		124	39	31	89							86	74	86%
(57) Orion		95,9	13	13	18	2	CVPG	95,9	7,9	20%	76,7	116	18	
(116) Sentinel Diagnostics		154	22	15	44	1	CVPG	154	8,4	20%	123	185	44	
(208) Eiken		95,0	5,4	5,6	24	0	CVPG	95	2,7	20%	76	114	24	
Ostatní					3	2								0
								1x 60, 1x 189, 1x 999						

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 04.10.2018