

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(1076) ER pozice 1</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1077) ER pozice 2</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1078) ER pozice 3</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1079) ER pozice 4</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1080) ER pozice 5</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1081) ER pozice 6</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1082) ER pozice 7</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	95 %
		3	Pozitivní	5,2 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(1083) ER pozice 8</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 57	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 57		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1084) ER pozice 9</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 57	Negativní	98 %
		1	Pozitivní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(1085) ER pozice 10</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1096) PgR pozice 1</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1097) PgR pozice 2</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 55	Negativní	95 %
		3	Pozitivní	5,2 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(1098) PgR pozice 3</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1099) PgR pozice 4</b>				
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(1100) PgR pozice 5</b>				

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 57	Negativní	98 %
		1	Pozitivní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(1101) PgR pozice 6**

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1102) PgR pozice 7**

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1103) PgR pozice 8**

Skla EHK	Všechny výsledky	5	Negativní	8,6 %
		>>> 53	Pozitivní	91 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

**(1104) PgR pozice 9**

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 58	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(1105) PgR pozice 10**

Skla EHK	Všechny výsledky	>>> 57	Negativní	98 %
		1	Pozitivní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 58		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

st\_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 13.09.2018