

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 3

(488) APC - rezistence

A3	(38) IL	>>> 11	Negativní	18 %
		1	Pozitivní	1,6 %
	(51) Technoclone	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(77) Skalab	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(94) Stago	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(102) Chromogenix	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(149) Siemens (Dade)	>>> 8	Negativní	13 %
		4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,5 %
		7	Pozitivní	11 %
	(159) Grifols	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(192) Pentapharm	>>> 22	Negativní	35 %
	(193) HYPHEN BioMed	>>> 2	Negativní	3,2 %

Celkem za vzorek: n = 62 ----- Úspěšnost: 81 % -----

Celková úspěšnost: 81 %