

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(472) anti-GAD				
A	Všechny výsledky	± 18	Negativní	60 %
		± 5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	17 %
		± 7	Pozitivní	23 %
	Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
B	Všechny výsledky	1	Negativní	3,3 %
		>>> 29	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 97 %	

(474) anti-IA-2

A	Všechny výsledky	2	Negativní	7,4 %
		>>> 25	Pozitivní	93 %
	Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 93 %	
B	Všechny výsledky	>>> 27	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 27		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 93 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytiskeno: 02.10.2018