

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(472) anti-GAD				
A	(36) Immunotech	± 2	Pozitivní	6,7 %
	(49) BioVendor	± 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,3 %
		± 2	Pozitivní	6,7 %
	(66) DRG	± 1	Negativní	3,3 %
		± 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,3 %
	(87) Euroimmun	± 11	Negativní	37 %
		± 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,7 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	± 4	Negativní	13 %
		± 2	Pozitivní	6,7 %
	(999) jiný výrobce	± 2	Negativní	6,7 %
		± 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,3 %
		± 1	Pozitivní	3,3 %
	----- Celkem za vzorek: n = 30		----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	-----
B	(36) Immunotech	>>> 2	Pozitivní	6,7 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(66) DRG	>>> 2	Pozitivní	6,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 13	Pozitivní	43 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 6	Pozitivní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	3,3 %
		>>> 3	Pozitivní	10 %
	----- Celkem za vzorek: n = 30		----- Úspěšnost: 97 %	-----

(474) anti-IA-2

A	(36) Immunotech	>>> 2	Pozitivní	7,4 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Pozitivní	11 %
	(66) DRG	>>> 2	Pozitivní	7,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 12	Pozitivní	44 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 1	Negativní	3,7 %
		>>> 1	Pozitivní	3,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Pozitivní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	3,7 %
----- Celkem za vzorek: n = 27		----- Úspěšnost: 93 %	-----	
B	(36) Immunotech	>>> 2	Negativní	7,4 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	11 %
	(66) DRG	>>> 2	Negativní	7,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 12	Negativní	44 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 2	Negativní	7,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	3,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	19 %
----- Celkem za vzorek: n = 27		----- Úspěšnost: 100 %	-----	

Celková úspěšnost: 93 %