

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(259) HLA-B27				
A	(12) Beckman Coulter	1	Negativní	1,5 %
		>	6 Neprůkazný výsledek (hraniční)	9,0 %
		>>>	39 Pozitivní	58 %
	(88) Becton Dickinson	>	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		>>>	19 Pozitivní	28 %
	(177) MINDRAY	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 99 %		
B	(12) Beckman Coulter	>>>	45 Negativní	67 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
	(88) Becton Dickinson	>>>	20 Negativní	30 %
	(177) MINDRAY	>>>	1 Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 25.04.2018