

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| (259) HLA-B27 | | | | |
| A | (12) Beckman Coulter | 1 | Negativní | 1,5 % |
| | | > | 5 Neprůkazný výsledek (hraniční) | 7,5 % |
| | | >>> | 34 Pozitivní | 51 % |
| | (36) Immunotech | > | 1 Neprůkazný výsledek (hraniční) | 1,5 % |
| | | >>> | 1 Pozitivní | 1,5 % |
| | (88) Becton Dickinson | > | 1 Neprůkazný výsledek (hraniční) | 1,5 % |
| | | >>> | 21 Pozitivní | 31 % |
| | (177) MINDRAY | >>> | 2 Pozitivní | 3,0 % |
| | (190) Exbio Praha | >>> | 1 Pozitivní | 1,5 % |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| B | (12) Beckman Coulter | >>> | 39 Negativní | 58 % |
| | | | 1 Neprůkazný výsledek (hraniční) | 1,5 % |
| | (36) Immunotech | >>> | 2 Negativní | 3,0 % |
| | (88) Becton Dickinson | >>> | 22 Negativní | 33 % |
| | (177) MINDRAY | >>> | 2 Negativní | 3,0 % |
| | (190) Exbio Praha | >>> | 1 Negativní | 1,5 % |
| Celkem za vzorek: n = 67 | | Úspěšnost: 99 % | | |
| Celková úspěšnost: 97 % | | | | |